



2024-11-3793

TALEP MÜZAKERESİ

K-Q  
TSE-ISO-EN  
9000

İstek No : 28574  
İstek Yapan Birim : Biyomedikal Stoğu  
İstek Yapan Personel : Nur TAŞKIRANOĞLU  
Tipi : Hizmet  
Birim Telefonu : 26620

İstem Tarihi: 25/10/2024

BAŞHEKİMLİK MAKAMINA

Hastanemiz Radyoloji Bölümü için aşağıdaki malzemelerin/hizmetlerin/bakım-onarım işlerinin alınmasına/yaptırılmasına emir ve bilgilerinizi arz ederim.

Selçuk  
Hastane Müdürlüğü

SIRA NO	JENERİK KODU	MALIN İSMİ/CİNSİ	SON ALIŞ BİLGİLERİ		Bakım/ Kul.Süresi	Miktar	Bakım Peryodu	AÇIKLAMA
			BİRİM FİYATI	TESLİM TARİHİ				
1	TM7450	HOLOGIC 4500 C MODEL KEMİK DENSİTOMETRİ CİHAZ TAMIRI	0		ADET	1		

...../2024

**KEMİK DENSİTOMETRİ CİHAZI TAMİRİ**  
**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- İstekliler hastanemiz Radyoloji bölümünde kullanılan Hologic marka Horizon Wi model Kemik Densitometri cihazı tamiri için teklif vereceklerdir.
- Teklif verecek istekliler cihazın yazılımlarını yeniden yükleyecek ve donanım eksikliklerini tarafımıza bildirerek temin edildikten sonra cihaza yeniden takılmasını sağlayacaktır.
- Teklif verecek istekliler, cihazın arıza tespitini yaptıktan sonra, arıza tespiti içeren Teknik Servis raporunu Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine verecektir.
- Arıza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Tamir edilen cihaza istekliler 6 (altı) ay tamir garantisi verecektir.
- İstekliler tamir yapılan cihazı çalışır durumda Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edecektir.
- Teklif veren istekliler Hizmet Yeterlilik Belgesini veya Yetkili Servis Belgesini idaremize teklif mektubu ile birlikte verecektir.

KEMİK DENSİTOMETRİ CİHAZI TAMİRİ  
TEKNİK ŞARTNAMESİ  
Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimi  
T.C. Sağlık Bakanlığı  
Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü  
Kocaeli Tıp Fakültesi  
Radyoloji Anabilim Dalı  
Kocaeli

*Alp Söğütmez*

*[Signature]*