



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alın No : 23098024-11-3869
Konu : 1 kalem kan gazı sensör kaseti alımı
Talep Eden Birim : Laboratuvar Depoları / Anjiyo Hemodinami Laboratuvarı Stoğu
Son Teslim Tarih & Saat : 08/11/2024 17:00:00 İlan Tarihi : 07/11/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyac duyulmuştur. Proforma fatüranın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması.
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması.
- 4- TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir. birim fiyatlarının rakama ve yazıyla yazılması.
- 5- Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.
- 6- Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.
- 7- Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi.
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9-1 Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.
UBB kodu T.C. İçişleri Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) veya/ya Ürün Takip Sistemi (UTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alınan çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TITUBB da/ UTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve teklifçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TITUBB/UTS ve kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihaleci, teklifçi veya bayi olduğunu gösterir. Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARINI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTMEYELİDİR.
TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
ÖDEMELER MAL MÜLAYEME KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA :hasanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M.Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J07-075929	KAN GAZI SOLÜSYON PAKETİ (COOX)	1	ADET
2	J07-075559	KAN GAZI SENSÖR KASETİ (200 TESTLİK)	1	ADET

MEHMET ÇOBAN
HAŞTANE MÜDÜR YRD.

Opsiyon :
Teslimat :
Ek :
www.ihales.gov.tr
Şartname Eklil Dosyasında Sunulmaktadır.



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 28557

Döküm Tarihi : 24/10/2024 11:51:00

İstem Tarihi : 24/10/2024

Bölüm Adı : Anjiyo Hemodinami Laboratuvarı Stoğu

Malzeme Kodu

Malzeme Adı

J07-075929

KAN GAZI SOLÜSYON PAKETİ (COOX)

- 1-Solution Pack kalibrasyon, yıkama ve atık solüsyonlarını içeren paket halinde olmalıdır
- 2- Cihaz üzerinde 60 gün stabil durabilmelidir.
- 3- Solution Pack stabilitesi cihaza takıldığı an itibari ile başlamalıdır.
- 4- Solution Pack kurum demirbaşı olan ABL 80 OSM cihazı ile uyumlu olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN

Prof.Dr. Hüseyin Murat ÖZDEMİR
TC G.O.T.S. Gazi Hastanesi
Kardiyooloji
Bulvarı No: 31AB 136
Diy. Tesisleri: 070655

Hemşire Gülçin ARAS

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 28557

Döküm Tarihi : 24/10/2024 11:52:00

İstem Tarihi : 24/10/2024

Bölüm Adı : Anjiyo Hemodinami Laboratuvarı Stoğu

Malzeme Kodu

Malzeme Adı

J07-075559

KAN GAZI SENSÖR KASETİ (200 TESTLİK)

- 1-Test kartuşu , elektronik kart üzerine yerleştirilmiş sensörler ile ölçüm yapmalıdır. .
- 2-Test kartuşunda ölçülen parametreler CtHb,SO₂,O₂Hb,COHb,MetHb ve HHb 'den oluşmalıdır.
- 3-Kartuş ambalajı 200 testlik olmalıdır.
- 4-Cihaz üzerinde 2 ay'a kadar stabil olmalıdır.
- 5 -Kartuşun stabilitesi cihaza takıldığı an itibari ile başlamalıdır.
- 6-Sensor Caset kurum demirbaşı olan ABL 80 OSM cihazı ile uyumlu olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN

Prof.Dr. İhsayin Mural ÖZDEMİR
T.C G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
Kardiyoloji
Diploma No: 514B 136
Dip. Tesitl No: 575559

Hemşire Gülçin ARAS

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi