

ULTRASON CİHAZI TAMİRİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- İstekliler hastanemiz Kardiyoloji bölümünde kullanılan, GE marka Vivid IQ model ultrason tamiri için teklif vereceklerdir.
- Teklif verecek istekliler, cihazın arıza tespitini yaptıktan sonra, arıza tespiti içeren Teknik Servis raporunu Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine verecektir.
- Arıza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Tamir edilen cihaza istekliler 6 (altı) ay tamir garantisi verecektir.
- İstekliler tamir yapılan cihazı çalışır durumda Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edecektir.
- Teklif veren istekliler Hizmet Yeterlilik Belgesini veya Yetkili Servis Belgesini idaremize teklif mektubu ile birlikte verecektir.



Medikal Hizmet
Bölümü
Biyomedikal Birimi
Etilim ve Kalite Kontrol
Bölümü
T.C. Sağlık Bakanlığı
Genel Müdürlüğü
Etilim ve Kalite Kontrol
Bölümü
Müdürü
Alp Öner