

FİBER OPTİK IŞIK KABLOSU
ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İstekli teklif vermeden önce istenilen kablo ile ilgili bilgiyi Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Biriminden alacaktır.
2. İstenilen fiber optik kablo tüm laparoskopik görüntüleme sistemlerinde kullanılabilir özellikte olacaktır.
3. Fiber optik kablo ışık kaynağı ve laparoskopik cihaz bağlantı kısımları güçlendirilmiş özellikte olacaktır.
4. Fiber optik ışık kablosunun çapı 3,5 mm ve uzunluğu en az 230 cm olmalıdır.
5. Fiber optik ışık kablosu otoklav ile steril edilebilir özellikte olmalıdır.
6. Fiber optik kablo Karl Storz marka cihazlarda kullanıma uygun ve orijinal ürün olacaktır.
7. Teklif verecek istekliler tek yetki belgelerini ve TSE belgelerini teklif mektubu ile birlikte vereceklerdir.
8. Değerlendirmeler numuneye göre yapılacaktır.
9. İstenilen fiber optik kablo sipariş yazısına müteakiben 30 gün içerisinde Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.
10. Teslim edilen fiber optik kablo 1 yıl garantili olmalıdır.

Kaan KOC
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Biyomedikal Birim Başkanı
Biyomedikal Birim Sorumlusu

A. Ersin ÜSTÜN
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Biyomedikal Birim Sorumlusu

FİBER OPTİK IŞIK KABLOSU ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İstekli teklif vermeden önce istenilen kablo ile ilgili bilgiyi Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Biriminden alacaktır.
2. İstenilen fiber optik kablo tüm laparoskopik görüntüleme sistemlerinde kullanılabilir özellikte olacaktır.
3. Fiber optik kablo ışık kaynağı ve laparoskopik cihaz bağlantı kısımları güçlendirilmiş özellikte olacaktır.
4. Fiber optik ışık kablosunun çapı 4,8 mm ve uzunluğu en az 250 cm olmalıdır.
5. Fiber optik ışık kablosu otoklav ile steril edilebilir özellikte olmalıdır.
6. Fiber optik kablo Karl Storz marka cihazlarda kullanıma uygun ve orijinal ürün olacaktır.
7. Teklif verecek istekliler tek yetki belgelerini ve TSE belgelerini teklif mektubu ile birlikte vereceklerdir.
8. Değerlendirmeler numuneye göre yapılacaktır.
9. İstenilen fiber optik kablo sipariş yazısına müteakiben 30 gün içerisinde Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.
10. Teslim edilen fiber optik kablo 1 yıl garantili olmalıdır.

Kaan KÖÇ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Büyükdere Cad. 1. Kat
34108 Beşiktaş/İstanbul

A. Emin ÜSTÜN
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Büyükdere Cad. 1. Kat
34108 Beşiktaş/İstanbul