



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 23/12024-11-3914  
Konu : Merkez Ambar Birimi İçin Aspirasyon Kateteri No:8 Alımı  
Talep Eden Birim : D.S.Merkez Ambar Deposu / D.S.Merkez Ambar Stoku  
Son Teslim Tarih & Saat : 15/11/2024 17:00:00 İlan Tarihi : 14/11/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numaraları, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL(Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,slinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif sürelerinin teklif edilmeyecektir. zorunludur.Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9-Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır  
UBB kodu,T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TITUBB' da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TITUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığınca onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10-Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

\*\*\*ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.  
\*\*\*İHALE YASAKLIŞI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.  
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

\*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.  
\*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTECEKTİR.  
TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.  
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDEN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.  
E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr


İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Miktar	Birim
1	4000	ADET

Malzeme Açıklaması  
OR1370 ASPIRASYON KATETERİ (SONDA) NO: 8

Memiş ÇOBAN  
HAŞTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :  
Teslimat :  
Ek :  
[www.ihis.gazi.edu.tr](http://www.ihis.gazi.edu.tr)  
Şartname Eklil Dosyasında Sunulmaktadır.



## TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 28738  
İstem Tarihi : 13/11/2024  
Bölüm Adı : D.S.Merkez Ambar Stoğu

Döküm Tarihi : 13/11/2024 08:37:00

**Malzeme Kodu**

J01-010095

**Malzeme Adı**

OR1370 ASPİRASYON KATETERİ (SONDA) NO: 8

### ASPİRASYON SONDA NO: ~~6-8-10~~ 10 TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Sonda şeffaf ve PVC' den yapılmış olmalı, bükülme ve rotasyon hareketini yapmaya elverişli olmalıdır.
- 2.Konnektör kısmı renkli PVC den yapılmış olmalıdır.
- 3.Sondanın ucu açık ve 45 derece açı ile kesilerek yumuşatılmış olmalıdır.
- 4.Sondalar ~~6-8-10~~ french ölçülerinde olmalıdır.
- 5.Sondanın uzunluğu 6 Fr numarada konektörden itibaren 40 cm (+/-1) olmalıdır.
- 6.Sondanın uzunluğu 8-10 Fr numaralarda konektörden itibaren 50-52 cm (+/-1) olmalıdır.
- 7.Sondanın uç kısmına yakın çapraz yerleştirilmiş doku emilimini önleyen 2 yan deliği bulunmalıdır.
- 8.Sondanın uç kısmı yuvarlatılmış, esnek ve atravmatik olmalı ve paketin açılışı sırasında sterilite bozulmamalıdır.
- 9.Konnektör Female olmalıdır.
- 10.Sondalar tek kullanımlık ve steril ambalajlarda olmalıdır.
- 11.Sondalar nontoksik ve apirojen özellikte olmalıdır.
- 12.Sondalar oral ve nazal kullanıma uygun olmalıdır.
- 13.Paket üzerinde son kullanım tarihi belirtilmiş olmalı raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
- 14.Kateter endotrakeal tüp ve airway içinde ileri geri kolaylıkla hareket edebilmelidir.
- 15.ISO veya TSE kalite belgelerinden birine sahip olmalı ve CE marka onayı olmalıdır.
- 16.Her bir malzemede UBB barkod numarası olmalıdır.

Gazi Üni.Tıp.Fak.Hastanesi  
Çocuk Yoğun Bakım B.D.  
Doç.Dr. Ebru AZAPPAÇASI  
Dip.No:1491 Dip.Tes.No:96886

Doç. Dr. Merve JYSAL YAZICI  
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Çocuk Enfeksiyon ve Hastalıkları  
Çocuk Yoğun Bakım Birim Dalı Başkanı  
Dip.Tes.No:130661

**HAZIRLAYANLAR**

**ONAYLAYAN**

Veri Haz.Kont.İşlt. Sibel KÜRKÇÜ  
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi