



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 23/3924-11-3924
Konu : Ameliyathane Ünitesi için 2 Kalem Malzeme Alımı
Talep Eden Birim : Ameliyathane Depoları / Ameliyathane Stoğu
Son Teslim Tarih & Saat : 15/11/2024 17:00:00 İlan Tarihi : 14/11/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numaraları, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5- Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6- Ad, soyaad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyeceksin FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif sürelerinin teklif edilmeyecektir. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklife yer alacaktır.
UBB kodu: T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TITUBB' da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TITUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTMEYECİKTİR.
TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA : hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

3924

S.No	M.Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J01-01(G191)	BİPOLAR FORCEPS TIPI KOTER UCU (REUSABLE)	5	ADET
2	J01-031172	BİPOLAR SİLİKON KABLO	10	ADET

Memiş ÇOBAN
HASTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :

Teslimat :

Ek :

www.ihis.gazi.edu.tr
Şarhname Ekli Dosyada Sunulmaktadır.

001-016191

BİPOLAR PENSET EĞRİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif Edilen Bipolar Pensetler Hastanemiz ameliyathanesinde Mevcut Elektrokoter Sistemi İle Kullanımına Uygun Olmalıdır.
2. Teklif Edilen Bipolar Pensetler Hafif Ve Ergonomik Olmalıdır. Kullanım Yerine Göre Dokulara Zarar Vermemesi İçin Sivri Ve Keskin Olmamalıdır.
3. Bipolar Pensetler Eloksal Kaplamalı Olmalı Ve Herhangi Bir Şaseye Maruz Bırakmamalıdır.
4. Bipolar Pensetlerin Uçları Künt Olmalı Ve Non-Stic Kaplamalı Olmalıdır.
5. Bipolar Penset Eğri 280 Mm Boyunda Olmalıdır.
6. Bipolar Penset Eğri Kafa Çapı 2,7 Mm Olmalıdır.
7. Bipolar Pensetlerin Tutmaç Kısımları Tırtıklı Olmalı Ve Ameliyat Esnasında Elden Kaymayacak Şekilde Mat Siyah Kaplamalı Olmalıdır.
8. Şartnameye Uygunluk Belgesi Hazırlamayan Ve Şartnamede İstenilen Özellikleri Sağlamayan Firmaların Teklifleri Kabul Edilmeyecektir.
9. Tıbbi Kayıtlı Barkod Numarası Olmalıdır
10. Teklif Veren Firmaların ISO 9001/2008 Kalite Belgesi Ce, Hizmet Yeterlilik Ve Marka Tescil Belgelerine Sahip Olmalıdırlar.
11. Numune Bazında Değerlendirme Yapılacak Olup Uygun Görülen Bipolar Pensetler Satın Alınacaktır.
12. Ürün Kodları TEKNO-CER Kataloğundan Referans Amaçlı Seçilmiştir Benzeri Yâda Dengi Ürünler Teklif Edilebilir.
13. 5 Adet Bipolar Penset Eğri 280 Mm Boyunda Paslanmaz Çelikten İmal Edilmiş Yapıda Olmalıdır. Ref. Kodu: T90.159.19

Doç.Dr. İrsat NIKMAZ
T.C. Gaziantep Üniversitesi
Ameliyathane Birim Sorumlusu
Dış No: 88049

Doç.Dr. GÜLİS KARAVELİ
Ameliyathane Birim Sorumlusu

001-031172

BİPOLAR KABLO TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 10 Adet Bipolar Kabloların Uzunluğu 3,5 Metre Olmalıdır.
2. Hastanemizde Kullanılan Elektro Koter Cihazına Uyumlu Olmalı Ve Çift Girişli Olmalıdır.
3. Hastanemizde Kullanılan Çift Girişli Arka Noktası 4 Mm Olan Bipolar Forceplere Uyumlu Olmalıdır.
4. Çok Kullanımlı Olmalıdır.
5. Tıbb Kayıtlı Barkod Numarası Olmalıdır.
6. Otoklavda Ya da Eo Hidrojen Peroksitle Steril Edilebilmelidir.
7. Elektro Koter Cihazına Takılan Soketleri 6 Mm Olmalıdır.
8. Bipolar Forcepslerin Oturduğu Yuva 3 Mm Olmalı Ve Yaylı Sistem Sayesinde 4 Mm'e Kadar Açılabilmelidir.
9. Bipolar Forcepsler Kabloya Takıldığında Zorlamadan Takılmalı Ve Kolay Çıkarılmalıdır.
10. Teklif Veren Firmaların ISO 9001/2008 Kalite Belgesi Ce, Hizmet Yeterlilik Ve Marka Tescil Belgelerine Sahip Olmalıdırlar.
11. Numune Bazında Değerlendirme Yapılacak Olup Uygun Görülen Bipolar Forceps Kablosu Alınacaktır.

Doç. Dr. KURBAN KURBAN
T.C. Gaziantep Üniversitesi Hastanesi
Genel Cerrahi
No: 0312 188 010 100 No: 06049

Ebru GÜMÜŞ KARAVELİ
Ameliyathane Birim
Sorumlusu