



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 2314024-11-3929
Konu : Çocuk Acil Birimi için Siyanoakrilat İçeren Ürün Alımı
Talep Eden Birim : Acil Depoları / Çocuk Acil Stoğu
Son Teslim Tarih & Saat : 15/11/2024 17:00:00
İlan Tarihi : 14/11/2024

Sağlık Uygulama ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Profirma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir , birim fiyatlarının takarla ve yazılı yazılması
- 5- Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6- Ad soyaad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verileyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.
UBB kodu: T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TITUBB' da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TITUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir . Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
***İHALE YASAKLIŞI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECEKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTMEYECEKTİR.
TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA : hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

| S.No | M.Kodu | Malzeme Açıklaması | Miktar | Birim |
|------|------------|--|--------|-------|
| 1 | J01-017077 | ORA145 SIYANOAKRİLAT İÇEREN ÜRÜNLER (CİLT KESİLERİ İÇİN) | 50 | ADET |

Memiş COBAN
HASTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :
Teslimat :
Ek :
www.ihis.gazi.edu.tr
Şarhname Ekli Dosyada Sunulmaktadır.

TOPIKAL CİLT ADHESİVİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün acil ve ameliyathane kullanımına uygun olmalıdır.
2. Ürün temiz, taze, kenarları kolayca karşı karşıya gelen yaraların ve ameliyat kesilerinin yapıştırılmasında kullanılmak üzere geliştirilmiş olmalıdır.
3. Ürün en az %98 n-butil siyonaakrilat bazlı monomerden oluşup,elektron ışın yöntemi ile sterilize edilmiş olmalıdır.
4. Ürün renksiz olmalı, herhangi bir boya içermemelidir.
5. Ürünün yapıştırma gücü yüksek olmalı, kesiler en fazla 20 saniye içinde yapıştırılmalı. Kesiye pansuman yapılmasına gerek kalmamalıdır.
6. Ürün uygulandıktan sonra en fazla 7-10 gün içinde kendiliğinden dökülmeli, hastaya pansuman yapılmasına gerek kalmamalı, meydana gelebilecek enfeksiyon riskini en aza indirmelidir.
7. Ürün kesilerin kapatılma süresini kısaltmalı, işlemi kolaylaştırmalı ve meydana gelebilecek enfeksiyon riskini en aza indirmelidir.
8. Ürün steril poşette, cam içermeyen ampul içerisinde 0,5gr.lık hacimde olmalı. Ayrıca poşette ürünün kesiye uygulanmasında kullanılan steril aplikatörde bulunmalıdır.
9. Ürün kullanıldıktan sonra ampulden herhangi bir sızıntı veya bulaşma olmaması için ampulün ağzı tekrar kapatılabilmelidir.
10. Ürün, yara ve kesilerin hazırlık ve uygulama aşamasında oluşabilecek gereksinimlerden dolayı her bir ampul ile birlikte 3 (ÜÇ) adet yedek steril aplikatör verilmeli, aplikatörlerin ucu ürünün kontrollü bir şekilde kesiye uygulanabilmesi için çok ince olmalı,hassas uygulamalara olanak sağlamalıdır.
11. Ürün 2-8C ısıda buzdolabında saklanmalı ve bu ısıdaki raf ömrü 12aydan kısa olmamalıdır.
12. Son kullanım tarihinin dolmasına 4 ay kalan ürünler uzun miadlı ürünler ile değiştirilmelidir.
13. Alım, numune denenerek ,bölüm onayı alındıktan sonra yapılacaktır.



Fatma ÜRESİN
T.C. G.Ü.T.F. Çizgi Hastanesi
Çocuk Acil
Sorumlu Hemşire