



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 232024-11-3992
Konu : 1 Kalem bistiiri ucu alımı
Talep Eden Birim : D.S.Merkez Ambar Deposu / D.S.Merkez Ambar Stojgu
Sın Teslim Tarih & Saat : 22/11/2024 17:00:00 İlan Tarihi : 21/11/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyacı duyulmuştur. Proförma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5- Üzerinde kazınıtı, silinilti, düzeltme bulunmaması,
- 6- Ad ,soyad veya ticareti unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyeceksse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.
UBB kodu T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TTTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alınma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TTTUBB' da ÜTS'de Sağlık Bakanlıği tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TTTUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlıği tarafında onaylı olmayan kalemler/tekliflere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihaleci, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir . Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

**ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLAÇAKTIR.

**İHALE YASAĞLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECEKTİR.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.

*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTMEYECEKTİR.

TEKLİFLER BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.

ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDEN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.

E-POSTA : hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Mi Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J01-010350	BİSTÜRİ UCU NO 20	15000	ADET

MEHİŞ ÇOBAN
HAŞTANE MÜDÜR YRD.

Opsiyon :

Teslimat :

EK :

www.hastanesatinalma@gazi.edu.tr
Şarname Ekli Dosyada Sunulmaktadır.



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 28806
İstem Tarihi : 18/11/2024
Bölüm Adı : Ameliyathane Stoğu

Döküm Tarihi : 18/11/2024 17:04:00

Malzeme Kodu : J01-010350
Malzeme Adı : BİSTÜRÜ UCU NO:20

BİSTÜRÜ UCU NO: 10-11-12-15-20 TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Paket iki katlı olmalı; birinci kat bistürünün paketi kesmesini engelleyecek kalınlıkta aliminyum folyo olmalı. İkinci kat; aliminyum paketin içinde bistürünün çevresinde delinme ve kesilmeyi engelleyen yapıda kağıt olmalıdır.
- 2.Paket üzerinde; bistürü numarası, bistürünün şekli, son kullanma tarihi, lot numarası, setirilizasyon yöntemi, CE uygunluk işareti, üretici firmanın amblemi, açık adres, üretim yeri, UBB barkodu ve markası okunaklı olarak bulunmalıdır.
- 3.Paket kenarları sterilizasyonu korumak için iyi yapışmış olmalı, aynı zamanda bir kenarının uçları açarken kolaylık sağlaması için yapışık olmalı, açılma yönü oklar yardımı ile gösterilmiş olmalıdır.
- 4.Bistürü paketi açılırken; kolay açılmalı, yırtılmamalıdır.
- 5.Bistürü kağıdı açılırken içteki kağıtla birlikte açılmalıdır.
- 6.Bistürünün kesici uç kısmı paketin açılma yönünde olmamalıdır.
- 7.İç paket bistürüye yapışık olmamalı, bistürü steril sahaya kolay düşmelidir.
- 8.Bistürü karbon çelikten üretilmiş olmalı, polisajı pürüzsüz ve düzgün olmalıdır.
- 9.Paket üzerindeki marka ismi, bistürü çeliği üzerinde de yazılı olmalıdır.
- 10.Bistürü, bistürü sapına uygun olmalı, kolay takılabilmeli, kolay çıkarılabilmeli, kullanırken yuvasına iyi oturmalı ve oynamamalıdır.
- 11.Bistürü doku keserken kırılmamalıdır.
- 12.Bistürü dokuyu iyi kesmeli, ameliyat süresince keskinliğini kaybetmemelidir.
- 13.Bistürü ameliyat sonuna kadar korozyona uğramamalı, parlaklığını korumalı, kararmamalıdır.
- 14.Teker teker steril paketlerde bulunmalıdır.
- 15.100 adetlik jelatinli karton kutularda verilmelidir.
- 16.CE belgesine sahip olmalıdır.
- 17.Bistürü ölçüleri standart kullanılan ölçülerle uyumlu olmalıdır.
- 18.Depo teslimi sırasında raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.
- 19.Firmalar alım esnasında her numara bistürü için en az 10 adet numune getirmelidir. Numunelere paslanmaz ve keskinlik testi yapılacaktır.
- 20.Her bir malzemenin üzerinde UBB barkodu mevcut olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Ebru GÜMÜŞ KARAVELİ
Ameliyathane Birim
Sorumlusu

ONAYLAYAN

Pak. D. Birim - Ameliyathane
T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Radyasyon Kap. 7030
Etilim No: 4422774