



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 2322024-11-3999
Konu : 3 kalem medical saft mazeme alımı
Talep Eden Birim : Anestezi Depoları / Anestezi Stoğu
Son Teslim Tarihi & Saat : 22/11/2024 17:00:00 İlan Tarihi : 21/11/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen mazzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Protokolma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen mazzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5- Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6- Adı, soyadı veya ticareti unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerin imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi
- 8- Teklif verilen mazzemelerin, idarenin kesin siparişine mütakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.
UBB Kodu, T.C. İçişleri Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alınan çikarılın her kalem /kalemler için ayrı TITUBB da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve teklifçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TITUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihaleci, teklifçi veya bayi olduklarını gösterir . Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

**ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.

**HALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECEKTİR.

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.

*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIĞA BELİRTMEYECEKTİR.

TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.

ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULÜNDEN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.

E-POSTA : hasanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M Kodu	Mazeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J01-01F722	AN1380 USG'DE GÖRÜLEBİLEN BLOK (GENESİ 22 G. 50 MM.	50	ADET
2	J01-010045	OR2650 AIR-WAY ORAL NO:2	100	ADET
3	J01-010695	OR2770 ENDOTRAKEAL TÜP (BALONLU) NO:5	30	ADET


MEMİŞ ÇOBAN
HAŞTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :
Teslimat :
Ek :
www.ihis.gazi.edu.tr
Şifname Eki Dosyada Sunulmaktadır.

PLEKSUS BLOKAJ KANÜLÜ 50 MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Set içindeki kanül, gözle görülür şekilde izole edilmiş olmalı ve akım sadece iğnenin dik haldeki temas bölgesinden noktasal olarak verilmelidir .
2. Ponksiyon kanülü, stimulatöre uygun elektrik kablolu ve enjeksiyon tüplü olmalıdır.
3. Kanülün ultrasonda görünürlülüğü çok iyi olmalı ve bu özellik ultrason eşliğinde test edilecektir.
4. Kanül oluklu kavrama aparatı ile rahat tutuş sağlamalıdır.
5. Kanül üzerinde ponksiyon derinliğini tayin için uzunluk işaretleri olmalıdır.
6. Kanül ucu 20° veya 30° bileyli ,kalınlığı 22 G uzunluğu 50 mm olmalıdır.
7. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.
8. TITUBB belgesi ve Sağlık Bakanlığı tarafından onayı olmalıdır.
9. Alımlar numune denenerek ,onay ile yapılacaktır.

Pratik ve Sanayi Bakanlığı
T.C. G.Ü. T.F. Sağlık Bakanlığı
ANESTEZYOLOJİ VE REANİMASYON
Fakültesi
Klinikleri
Kadıköy
34100



2

AIRWAY NO: 2 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Anatomik kıvrımlı olmalıdır.
2. Travma oluşturmeyen yuvarlatılmış kenarlara sahip olmalıdır.
3. Aspirasyon kateteri geçişine uygun ısırma bloğu bulunmalıdır.
4. Dişleri hasardan koruyan esnek yapıya sahip olmalıdır.
5. Uluslar arası standartlara sahip olmalıdır.
6. Tekli steril paketlerde olmalıdır.
7. No:0 -1 - 2 boyutları olmalıdır.
8. Renk kodu olmalıdır.
9. CE belgesi olmalıdır.
10. Nontoksik, kanamaya neden olmayacak sertlikteki tıbbi PVC den yapılmış olmalıdır.
11. Her ürünün üzerinde birebir barkodu bulunmalıdır.
12. Paket üzerinde üretim son kullanma tarihi ve lot no yazılı olmalıdır.
13. Ürün teslim tarihinden itibaren miyadı en az 2 (iki) yıl olmalıdır.

Prof. Dr. Binnur Yılmaz
T.C. B.Ü. T.F. S. Tıp Fakültesi
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
Bölümü No: 7001
Etiler / Beşiktaş / İstanbul



