

HASTA KARYOLASI ELEKTRONİK LİFT ALIMI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- İstekliler tarafından teklif edilecek elektronik lift, Linealife (ışık kardeşler) marka hasta karyolarına uyumlu olacaktır.
- 2- Elektronik liftin giriş voltajı 24V max 5.0A olacaktır.
- 3- Intermittent Operaiton 2min/18 min olacaktır.
- 4- Max. Push force 2000N olacaktır.
- 5- Teklif veren istekliler teklif ettikleri ürüne ait numune getirmek zorundandır.
- 6- Değerlendirme teslim edilen numuneler üzerinden yapılacaktır.
- 7- Numune teslim etmeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 8- İstekliler tarafından teklif edilen elektronik lift ikinci el veya kullanılmış olmayacaktır.
- 9- Yüklenici elektronik lifti idaremiz deposuna veya Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edecektir.
- 10- Yüklenici tarafından teslim edilen elektronik lift 1 (bir) yıl garantili olacaktır.
- 11- Yüklenici elektronik lifti sipariş tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde idaremiz deposuna veya Biyomedikal(Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edecektir.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz/Birim
Gökhan ÖZASLAN
Teknisyen

