


2024-11-4024

20.11.2024  
Esra PEREK  
E. Perek

T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi



SATINALMA İSTEK BELGESİ

Telefon No : 26620

İşlem Tarihi : 24/10/2024

İstem No	28555	İç İstem No	0	İstem Yapan Birim	Biyomedikal Stoğu	İşlem Tipi	Malzeme
Hasta Bilgileri				İstem Yapan Kullanıcı	Uğur ÜNAL	Kullanım Süresi	

İdari Depolar ihtiyacı olan Hastanemiz Genel için aşağıdaki malzemelerin/himyetlerin/bakım-onarım işlerinin alınmasına/yaptırılmasına emir ve müsaadenizi arz ederim

İstem Bilgileri			Son Alış Bilgileri				Stok Bilgileri				Tüketim Bilgileri				Alım Şekli	
Kısım No	Malın/İşin Cinsi	Önerilen Miktar	İstenen Miktar	Birimi	SUT Kodu	SUT Fiyatı	S.A Tarih	Birim Fiyatı	Merkez Depo	İst. Depo	Hastane D.Stok	Geçmiş Yıl Tüketim	Geçmiş Yıl Ort.	Aktif Yıl Tüketim	Aktif Yıl Ort.	
1	0 J06-069290 FLOW/AKİŞ SENSÖRÜ (RESPIRATOR CİHAZI İÇİN)	0	5	ADET	0	11/06/2024	1485	0	45	45	45	51	51	0	0	

Yukarıda istemi yapılan taleplerimizin önceki dönemlerde sarf edilen miktarlarla uyumlu ve ihtiyaçtan fazla talep edilmediğini kabul ve beyan ederiz.

BÖLÜMÜN TALEP GEREKÇESİ Hastanemiz Genel

DEPO GÖRÜŞÜ

İlgili Bölüm A.B/B.D Başkanı İmza ve Kaşesi

Taşınır Kayıt Yetkilisinin İmza ve Kaşesi

TALEP DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

İhan TÜRKERKUL

Taşınır Kayıt Yetkilisi

Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü

Faturalandırma Müdürlüğü

Stok Analiz ve Kontrol Müdürlüğü

Satınalma Komisyon Başkanı

Gazi Üniversitesi Hastanesi Sağlık ve Uygulama Merkezi

E Blok 1.Kat 06500 Beşevler/ANKARA

Tel:(0312) 202 50 61-202 50 68-202 74 52 Faks : (0312) 213 43 38


NOT: Talep edilen malzemelerin güncel şartnameleri en az iki(2) uzman tarafından ıslak imzalı olarak getirilmelidir.

\*Geçmiş Yıl Tüketim Miktarı : Bir önceki yılın başlangıç ve bitiş tarihi arasındaki tüketimi vermektedir./Aktif Yıl Tüketim Miktarı : İstem yapılan yılın başlangıç tarihi ile istem tarihinden önceki aylar arasındaki tüketimini vermektedir

\*Son Aylık Tüketim Miktarı : İstem tarihinden önceki ay içinde yapılan tüketimi vermektedir./Tüketim miktarları; "Hastaya Çıkış", "Depo Çıkış" ve "Sarf Çıkış" türlerinden oluşmaktadır.

## VENTİLATÖR CİHAZI AKIŞ SENSÖRÜ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) İstekliler tarafından teklif edilecek Akış Sensörü Carefusion marka Vela model ventilatör cihazına uyumlu olacaktır.
- 2) Yetişkin hastalarda kullanım için uygun olacaktır.
- 3) Teklif edilen ürünün CE belgesi olacaktır.
- 4) Teklif veren istekliler teklif ettikleri ürüne ait numune getirmek zorundadır.
- 5) Değerlendirme teslim edilen numuneler üzerinden yapılacaktır.
- 6) Numune teslim etmeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 7) İstekliler tarafından teklif edilen Akış Sensörüne ilişkin katalog teklif mektubu ile birlikte idareye veya Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.
- 8) İstekliler tarafından teklif edilen Akış Sensörü ikinci el, fason üretim veya kullanılmış, ambalajı açılmış olmayacaktır.
- 9) Yüklenici Akış Sensörünü idaremiz deposuna veya Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edecektir.
- 10) Yüklenici tarafından teslim edilen akış sensörü üretim hatasına karşı 6 (altı) ay garantili olacaktır.
- 11) Yüklenici Akış Sensörünün sipariş tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde idaremiz deposuna veya Biyomedikal(Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edecektir.



GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Tıbbi Cihaz Birimi  
Gökhan ÖZASLAN  
Teknisyen

