



T.C
GAZI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 23982025-02-404
Konu : 2 Kalem malzeme alımı
Talep Eden Birim : Laboratuvar Depoları / Pediatri Eeg Laboratuvarı Stoğu
Son Teslim Tarih & Saat : 21/02/2025 17:00:00 İlan Tarihi : 20/02/2025

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası,markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL(Türk Lirası) olarak fiyat verilip ,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8-Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9-Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.

UBB kodu.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TİTUBB' da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TİTUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafında onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 10-Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.

***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR.

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.

*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTECEKTİR.

TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.

ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDEN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.

E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M.Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J03-032066	KAMERA (DİJİTAL) MİNİ DVD.	1	ADET
2	J03-034489	KVM ÜNİT (EEG CİHAZINA UYUMLU)	1	ADET

Memiş ÇOBAN
HASTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :

Teslimat :

Ek :

www.ihsis.gazi.edu.tr

Şartname Eklî Dosyada Sunulmaktadır.

UYKU EEG CİHAZI İÇİN KVM EXTENDER

1-Nihon Kohden marka PSG Uyku cihazını uzaktan kontrol etmek için kullanılacaktır.


2-KVM Extender alıcı ve verici ünitelerinden oluşmalıdır.


3-Usb klavye, usb mouse ve HDMI video sinyallerini iletmelidir.

4-Cat 6 üzerinden uzak mesafeye taşınarak uzaktan kontrol edilebilecek yapıda olmalıdır.

5-Kablo çekimi ve alt yapı, teklif veren firmaya aittir.

6-Sistem denenecektir. Uygun olmayan cihaz alınmayacaktır.


Prof. Dr. Ercan DEMİR
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Çocuk Sağ. ve Hast. A.D. Nöroloji B.D. Öğr. Üyesi
Dip. No: 91-AA-075 • Dip. Tes. No: 57445


Prof. Dr. Ercan DEMİR
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Çocuk Sağ. ve Hast. A.D. Nöroloji B.D. Öğr. Üyesi
Dip. No: 91-AA-075 • Dip. Tes. No: 57445

IP Kamera Teknik Şartnamesi

- 1) Nihon Kohden marka EEG cihazı ile birlikte hastanın görüntüsünü senkronize olarak kayıt yapabilen yüksek çözünürlüklü ve PC'den kontrol imkanı sunan full HD IP kamera olmalı ve mouse ile pan-tilt, zoom kontrol edilebilmelidir.
- 2) Sistemdeki kamera yüksek kalite görüntü sağlayan düşük ışık seviyeli renkli veya siyah/beyaz digital kayıt yapabilir özellikte olmalı ve bu kamera ile geceleri çok az ışık ortamında siyah/beyaz, gündüzleri ise renkli olarak hastanın görüntüsü kayıt edilebilmelidir.
- 3) İstenildiğinde gece/gündüz modu manual ayarlanabilmelidir.
- 4) Kamera 1080P 60fps çözünürlükte kayıt yapabilmelidir.
- 5) Web tarayıcısı ve görüntüleme istemcisi erişimi, 256 bit anahtarlarla AES şifreleme dahil güncellenen şifre paketleri içeren en son teknoloji TLS 1.2 protokolünü desteklemelidir.
- 6) Kamera 12x optik zoom ve 16x digital zoom yapabilmelidir.
- 7) Hasta takip odasında hastanın ve ortamın sesini kayıt edecek bir mikrofon olmalıdır.
- 8) Kamera ile birlikte yüksek güçlü PoE adaptör verilmelidir.
- 9) Kamera -10⁰ ile +55⁰ arasında sıcaklık ve %90 nem ortamında çalışabilmelidir.
- 10) Kamera CE ve IEC62443 standardına sahip olmalıdır.
- 11) IP65 sızdırmazlık sertifikası olmalıdır.
- 12) Kameranın gövde malzemesi alüminyum ve Dome camı polikarbonat olmalıdır.
- 13) Kamerayla birlikte ses kaydı yapılabilmesi için Mikrofon ve kayıt yapılan sesi dinlemek için stereo hoparlör de sistemle birlikte verilecektir.
- 14) Kameranın duvar montaj kiti olmalıdır. Montajı, cihaza bağlantısı ve gerekli ayarları teklif veren firma tarafından yapılmalıdır.

Prof. Dr. Ercan DEMİR
T.C. Gazi Üniversitesi
Çocuk Sağ. ve Hast. A.D. Ns.j. B.D. Öğr. Üyesi
Dip. No: 91-A.A-076 - Özp. Tec. No: 57445

Prof. Dr. Ercan DEMİR
T.C. Gazi Üniversitesi
Çocuk Sağ. ve Hast. A.D. Ns.j. B.D. Öğr. Üyesi
Dip. No: 91-A.A-076 - Özp. Tec. No: 57445