



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İslem No/Alım No : 23082025-02-406  
Konu : 4 kalem medical sarf malzeme alımı  
Talep Eden Birim : Ameliyathane Depolanı / Ameliyathane Sığı  
Son Teslim Tarih & Saat : 21/02/2025 17:00:00  
İlan Tarihi : 20/02/2025

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma fiyatlarını aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatların rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5- Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6- Ağı, soyağ veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyecekseniz FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.  
UBB kodu T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TTTUBB) veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TTTUBB'de/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TTTUBB/ÜTS'ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihaleci, tedarikçi veya bayi olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası İnternet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

\*\*\*ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.  
\*\*\*İHALE YASAKLIŞI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.  
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

\*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.  
\*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTMEYECİKTİR.  
TEKLİFTE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLMEMEYECİKTİR.  
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.  
E-POSTA : hasanesatilmama@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M.Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J01-013452	OR2920 LAPAROSKOPİK GRASPER 5 MM.	100	ADET
2	J01-011788	OR2900 LAPAROSKOPİK MONOPOLAR MAKAS 5 MM.	50	ADET
3	J01-012252	OR6050 KLİP (KARTUŞ BAZLI) (MİKRO)	100	ADET
4	J01-018204	DISPOSABLE BİPOLAR FORCEPS (KABLOLU).	10	ADET

MEMİŞ COBAN  
HAŞTANE MÜDÜR YRD.

Opsiyon :  
Tedarikçi :  
EK :

www.hissis.gazi.edu.tr  
Şartname Eki Dosyasında Sunulmaktadır.



T.C  
GAZI ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 29758

Döküm Tarihi : 18/02/2025 09:29:00

İstem Tarihi : 18/02/2025

Bölüm Adı : Ameliyathane Stoğu



Malzeme Kodu

Malzeme Adı

J01-013452


OR2920 LAPAROSKOPIK GRASPER 5 MM.

1. Disposable olmalıdır.
2. Endoskopik ameliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır
3. Endoskopik grasper 5 mm çapında olmalıdır.
4. Endoskopik grasper çene uzunluğu 18 ( ± 1 ) mm , çene açıklığı 21 ( ± 1 )mm olmalıdır.
5. Endoskopik grasperin şaft uzunluğu 32 ( ± 1 ) cm olmalıdır
6. Endoskopik grasper 360° rotasyon yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.
7. Endoskopik grasperın uç kısmı rahat kullanım açısından künt , çene iç yüzeyi atravmatik tırtıklı olmalıdır.
8. Endoskopik grasperın tutacında bulunan çift tetik sayesinde ağız kısmı kademeli ve serbest kapanabilme özelliğine sahip olmalıdır.
9. Endoskopik grasperin çenesinin dokuyu tutuş gücünü artırması ve istenilen kademedede tutuşun sabitleyebilen mekanizması olmalıdır.
10. Şaft kısmı, endoskopik uygulamalarda parlayarak görüntünün bozulmaması için siyah renkli yalıtkan metaryalle kaplanmış olmalıdır.
11. Steril paketli malzeme en az 1 yıl miyadlı olmalı ve ürün bilgileri streil paket üzerinde orijinal baskı ile belirtilmelidir.
12. Ürün UBB'na kayıtlı olmalıdır.
13. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
14. Malzemeyi teklif eden firma distribütörlük veya yetkili satıcı belgesini ibraz etmelidir.
15. Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir. Değerlendirme de ;Ürünün kullanım kolaylığı, teknik özelliklerinin üstünlüğü ve vaka esnasında sağladığı avantajlar dikkate alınacaktır.

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN

  
EBRU GÜMÜŞ KARAVELİ  
Ameliyathane Birim  
Sorumlusu

  
Gökçe  
Gazi Üni.  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi  
Ameliyathane Birim  
Sorumlusu  
No: 143000

Hemşire EBRU GÜMÜŞ KARAVELİ

Gazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 29758  
İstem Tarihi : 18/02/2025  
Bölüm Adı : Ameliyathane Stoğu

Döküm Tarihi : 18/02/2025 09:28:00

2

**Malzeme Kodu** : J01-011788  
**Malzeme Adı** : OR2900 LAPAROSKOPIK MONOPOLAR MAKAS 5 MM.

1. Disposable Olmalıdır.
2. Endoskopik ameliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır
3. Endoskopik makas 5 mm çapında olmalıdır.
4. Endoskopik makas ın çene uzunluğu 16 ( ± 0,5 ) mm , çene açıklığı 8 ( ± 0,5 ) mm olmalıdır.
5. Endoskopik makasın şaft uzunluğu 32 ( ± 1 ) cm olmalıdır
6. Endoskopik makas kullanım rahatlığı ve dar alanlarda erişimi arttırabilmek için şaft 10 ° bir açığa sahip olmalıdır.
7. Endoskopik makas 360° rotasyon yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.
8. Endoskopik makas monopolar koterle kullanılabilme özelliğine sahip olmalıdır.
9. Kullanıcının manipülasyon kabiliyetini arttırabilmek için monopolar soketi tutacın arka kısmında şafta paralel ya da şaftın üst kısmında olmalıdır.
10. Monopolar koter girişi dişi ve erkek soketle kullanıma uygun olmalıdır.
11. Endoskopik makasın uç kısmı rahat kullanım açısından kıvrık ve künt olmalıdır.
12. Şaft kısmı , endoskopik uygulamalarda parlayarak görüntünün bozulmaması için siyah renkli yalıtkan metaryalle kaplanmış olmalıdır.
13. Steril paketli malzeme en az 1 yıl miyadlı olmalı ve ürün bilgileri streil paket üzerinde orijinal baskı ile belirtilmelidir.
13. Endoskopik makası manipasyonu cerrahiye tehlikeye atmamalıdır.
14. Ürün UBB?na kayıtlı olmalıdır.
15. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
16. Malzemeyi teklif eden firma distribütörlük veya yetkili satıcı belgesini ibraz etmelidir.
17. Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir. Değerlendirme de; ürünün kullanım kolaylığı, teknik özelliklerinin üstünlüğü ve vaka esnasında sağladığı avantajlar dikkate alınacaktır.

HAZIRLAYANLAR	ONAYLAYAN
 Ebru GÜMÜŞ KARAVELİ Ameliyathane Birim Sorumlusu	 Gazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Gözetim Kurulu Başkanı 1926

Hemşire EBRU GÜMÜŞ KARAVELİ  
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 29758

İstem Tarihi : 18/02/2025

Bölüm Adı : Ameliyathane Stoğu

Döküm Tarihi : 18/02/2025 09:20:00

5

Malzeme Kodu

Malzeme Adı

J01-012252

OR6050 KLİP (KARTUŞ BAZLI) (MİKRO)

1. Klipler saf titanyumdan imal edilmiş olmalıdır.
2. Klip kartuşları ergonomik yapıda olup klipler tam kapama sağlamalı ve bu sayede klipin dokudan düşmesi engellenmektedir.
3. Klip kartuşlarını ergonomik yapıda olup klipler tam kapama sağlamalı ve bu sayede klipin dokudan düşmesi engellenmelidir.
4. Kartuşlar steril ambalajda olmalı ve 6 adet içermelidir, Kartuşların üzerinde ne ile steril edildiği ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır. Ürün teslim tarihinden itibaren 2 yıl miyadı olmalıdır.
5. Firma miadı dolmasına 3 ay kala ürünü değiştirmeyi taahhüt eder.
6. Kartuşlar ve atıcılar aynı renk koduna sahip olmalı ve böylece sahada kolay sağlanması sağlanmaktadır.
7. Klipler kapalı yüksekliği 3.6 mm, açık yüksekliği 3.0 mm, genişliği 4.2 mm ölçülerinde olmalıdır.
8. Kliplere ait aplikatörler ücretsiz verilmelidir.
9. Her 100 Adet Kartuş için bir aplikatör verilmelidir.
10. Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir. Değerlendirme de; ürünün kullanım kolaylığı, teknik özelliklerinin üstünlüğü ve vaka esnasında sağladığı avantajlar dikkate alınacaktır.

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN

EBRU GÜMÜŞ KARAVELİ  
Ameliyathane Birim Sorumlusu

GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi  
18/02/2025 09:20:00


Hemşire EBRU GÜMÜŞ KARAVELİ

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

4

## J01-018204 DİSEKTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürünler disposable olmalıdır.
2. Endoskopik ameliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır.
3. 360° rotasyon yapabilmeli ve renk kodlu olmalıdır.
4. Şaft çapı 5mm ve uzunluğu en az 33cm ( $\pm 2$  cm) olmalıdır.
5. Monopolar koterle bağlantısı olmamalıdır.
6. Çene uzunluğu en az 21mm, çene açıklığı en az 26mm olmalıdır.
7. Çene ucu atravmatik ve en fazla 2,5mm inceliğinde olmalıdır.
8. Çeneler hafif eğri ve tırtıklı olmalı kapandığında aralarında boşluk kalmalıdır.
9. Şaft kısmı mat siyah renkte ve uç çene bölümüne kadar izole olmalıdır.
10. Çene kısmı oksitlenmeye karşı altın alaşımli olmalıdır.
11. Ürün numunesi ilgili klinik tarafından kullanıldıktan sonra onay verilecektir.
12. Teknik şartnamedeki özellikleri taşımayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
13. Ürünle birlikte ameliyathanede bulunan koter cihazlarına uyumlu ara bağlantı kablosu verilecektir.
14. Ürünlerin kullanma sürelerinin dolmasına 2 ay kala, idarenin isteği üzerine yeni miatlı ürünlerle değişimi sağlanacaktır.
15. Ürün bipolar özellikte olmalıdır.
16. Ürünler tekli steril orijinal ambalajlarında, üzerinde ref no, lot, son kullanma tarihi ve sakalama koşulları yazılı orijinal etiketleriyle verilmelidir.
17. Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir. Değerlendirme de; ürünün kullanım kolaylığı, teknik özelliklerinin üstünlüğü ve vaka esnasında sağladığı avantajlar dikkate alınacaktır.
18. Ürünlerin CE belgesi olmalıdır.



Edru GİRİŞİS KARAVELİ  
Ameliyathane Birim  
Sorumlu

