



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 2398025-02-407  
Konu : 1 kalem malzeme alımı  
Talep Eden Birim : Ameliyathane Depoları / Göz Poliklinik Ameliyathanesi Stoğu  
Son Teslim Tarih & Saat : 21/02/2025 17:00:00 İlan Tarihi : 20/02/2025

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Protorma fatürasının aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alıma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması.
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.
- 3- Teklif verilen malzemenin teslim süreleri, barkod numarası, markalar ve ambalaj şekillerinin yazılması.
- 4- TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatların rakama ve yazıyla yazılması.
- 5- Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltilme bulunmaması.
- 6- Ad ,soyad veya ticaret unvanı suretiyle yetkili kişilerle imzalanmış olması.
- 7- Teklif verilecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi.
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.  
UBB kodu, T.C. Sağlık ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (UTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alınan çıktılar her kalem /kalemler için ayrı ayrı TITUBB'da UTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TITUBB/UTS'ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihaleci, tedarikçi veya bayi olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

\*\*\*ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.  
\*\*\*İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMYEYECEKTİR.  
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

\*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.  
\*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTECEKTİR.  
TEKLİFE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.  
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.  
E-POSTA : hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Mikodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	S-01130086	GZ1085-1087 VE GZ1219 VİTREORETİNAL CERRAHI ÇHAZLARINA UYGUN ÇAPTA KASET VE TUP SETİ (3/3)	12	ADET

MEMİŞ ÇOBAN  
HAŞTANE MÜDÜR YRD.

Opsiyon :  
Teslimat :  
Ek :  
www.jhsis.ezgi.edu.tr  
Şerhname Eklisi Dosyada Sunulmaktadır.

## KOMBİNE FAKO+ VİTREKTOMİ KASETİ 23 G 10.000 Kesi

1. Bu Pak İle Hem Ön Hemde Arka Segment Cerrahisi Kaset Deđiştirilmeden Yapılabilmelidir.
2. Pak Constellation Cihazına Uygun Olmalıdır.
3. Pak; Direct Venturi Sisteme Uygun, Venturi Odacıđına Sahip Ve Aynı Zamanda Peristaltik Drenaj Pompasına Da Uygun Kaset İçermelidir.
4. Bu Kaset, Drenaj Sensörü Tarafından Algılanıp, İstenildiđi Gibi Çalıřması İçin, Şeffaf Ve Dayanıklı Plastikten İmal Edilmiş Olmalıdır.
5. Pak;0- 20.000 Kesi/Dakika Pnömatik Çift Taraflı Kesi Yapabilen Vitrektomi Probunu Bünyesinde Bulundurmalıdır.
6. Pak; Kombine Kaset,10.000 Kesi Pnömatik Eğik Uçlu Vitrektomi Probu,Fiberoptik İlluminatör, 4 Mm'lik İnfüzyon Kanülü, 3 Adet 23 Gauge M.V.R. Bıçak (Valfli Trokar Seti Üzerinde Kullanıma Hazır Halde), Serum Seti Ve İnfüzyon Hattı Tubing Seti, Şeffaf Naylondan İmal Edilmiş Cihaz Ön Panel Örtüsü, Otomatik Üç Yollu Musluk, Manuel Üç Yollu Musluk 20 Cc.'lik Enjektör Ve Yukarıda Bahsedilen Kasete Uygun Atık Torbası İçermelidir.
7. Pak; İrrigasyon Ve Aspirasyon Tubing Bağlantıları İçermelidir.
8. İrrigasyon Ve Aspirasyon Hattı Konnektörleri Cihazın Us Hp Uygun Olarak Yanlıř Bağlantıya İmkan Vermeyecek Şekilde Dizayn Edilmiş Olmalıdır.
9. İrrigasyon Ve Aspirasyon Hatları Farklı Renklerde Olmalıdır.
- 10.Pakte, İçinde 2 Adet 2.2 Mm Dış Yüzeyi Sürtünmeye Bağlı Travmayı Minimuma İndirmek İçin Tekrar Prüzszleştirme İşlemi Uygulanmış Sleeve 1 Adet İse Tipleri Deđiştirilebilen I/A Hp'leri İçin ) , 1 Adet Test Chamber (Test Odacıđı ) İçeren Ayrı Bir Ambalaj Olmalıdır.
- 11.Pak İçindeki Atık Torbası, Mikrobiyolojik Ve Diđer Laboratuvar Testleri İçin Enjektör İle Örnek Almaya Yarayan Silikon Bir Sisteme Sahip Olmalıdır.
- 12.Yukarıda Adı Geçen Tüm Sarf Malzemeler, Özel Olarak İmal Edilmiş, Mukavim, Plastik Bir Kutu İçerisinde, Steril Olarak Bulunmalıdır.
- 13.Pak Üzerinde Üretim Ve Son Kullanma Tarihleri Mutlaka Bulunmalıdır.
- 14.Pak'ın Nereden Güvenle Açılabileceđini Gösteren Bir İşaret Bulunmalıdır
- 15.Pak Cihazın Üretici Firması Tarafından Üretilmiş Olmalıdır.
- 16.Orjinal Ürün Dışında Teklif Veren Firma, Cihazın Malzemeden Kaynaklanan Arızası Durumunda Cihazın Yetkili Servisine Ücreti Mukabili Tamir Ettireceđini Belirten Noter Tastikli Belge Verecektir.Ayrıca Cihazın Tamiri Süresince Kullanılmak Üzere Hastanemize Aynı Cihazı Bırakacaktır.
- 17.Alımı yapılacak malzemeler 6 ay içinde hastane bünyesine teslim edilecektir.

13.2.25  
Gaz Üniversitesi Tıp Fak. Hast.  
Prof. Dr. Mehmet Cüneyt ÖZMEN  
Göz Hastalıkları A.D.  
Dij. Tis. No: 23913

Prof. Dr. Mustafa Cökten GÜK  
Gaz Üniversitesi  
Göz Hastalıkları A.D.  
Dij. No: 920