



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 2329024-1-4082  
Konu : 1.kalem hasta ısıtma bataryesi banketi alımı  
Talep Eden Birim : D.S.Merkez Ambar Deposu / D.S.Merkez Ambar Stogu  
Son Teslim Tarih & Saat : 04/12/2024 17:00:00 İlan Tarihi : 03/12/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proförma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale ödüklününün tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatların rakamla ve yazıyla yazılması
- 5- Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltilme bulunmaması,
- 6- Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyeceğe FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi .
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklife yer alacaktır.  
UBB kodu T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (UTS)ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alınma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TITUBB' de UTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TITUBB/UTS' ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihaleci, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

\*\*\*ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET ) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.

\*\*\*İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECEKTİR.  
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

\*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.  
\*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIĞA BELİRTMEYECEKTİR.  
TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNELERİNİ GÖNDERMEYECEKTİR.  
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.  
E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Makodu	Malzeme Adı/İstemi	Miktar	Birim
1	J01-01A595	ORZ150 HASTA ISITMA BATTANİYESİ BLANKETİ (ERİŞKİN)	500	ADET

MEMİŞ ÇOBAN  
HAŞTANE MÜDÜR YRD.

Opsiyon :  
Teslimat :  
Ek :  
www.hbis.gazi.edu.tr  
Sartname Ekli Dosyada Sunulmaktadır.

**TEKNİK ŞARTNAME  
HASTA ISITMA BATTANİYESİ**

1. Battaniyede latex malzeme bulunmamalıdır. Dokuma olmayan non-woven yapıya sahip olmalı, poli propilen ve polietilenden imal edilmiş olmalıdır.
2. Isıtıcı blanketin bir yüzü metalize ışın yayma özellikli, sıcak hava akışı olmadan bile, hastanın radyan vücut ısısını yansıtan, hastayı dış ortamdan izole ederek hipotermiden koruyan bir sisteme sahip olabilmelidir. Ultra yumuşak, hafif malzemeden imal edilmiş olmalıdır
3. Isıtıcı blanket yanmaya karşı(alev almayan) standartlarda imal edilmiş olmalıdır.
4. Isıyı homojen olarak dağıtmayı sağlamalıdır.
5. Battaniye üzerinde belli bir noktaya bası uygulansa bile diğer bölgelere giden hava akışı kesilmemelidir.
6. X-ray altında kullanılabilmesi için tasarlanmış olmalı, battaniye hasta üzerine örtülü iken röntgen çekilebilmelidir.
7. Ölçüleri Yetişkin blanket 233x127cm +/- 10cm olmalıdır.  
Pediatrik blanket 145x102cm +/- 10cm olmalıdır.  
Alt Gövde blanket 142 x 102cm +/- 10cm olmalıdır.  
Üst Gövde blanket 216 x 76cm +/- 10cm olmalıdır.
8. Blanket aşağıda teknik özellikleri belirtilen cihaz ile uyumlu olmalıdır.
9. Cihaz hem ameliyathanede perioperatif dönemde hem de yoğun bakımda postoperatif dönemde hastada oluşacak hipotermiyi önlemek amacıyla kullanılmaya uygun olmalıdır
10. Isıtıcı cihaz üzerinde 32°C,38°C ve 43°C'lik ısı seçenek tuşu olmalıdır
11. Cihaz ilk çalıştırıldığı andan itibaren en fazla 1 dakikada istenilen ısıya ulaşabilmelidir.
12. Cihaz sessiz çalışmalıdır. Çalışma esnasında en fazla 48dB ses şiddetini geçmemelidir.
13. Cihazın ağırlığı 6 kg olmalıdır.
14. Cihazın ebatları 27.6 cm x 38.5 cm x 23.9 cm olmalıdır
15. Cihazın hortumu körüklü, flexible bir yapıda olmalı ve askı aparatı bulunmalıdır. Hortum uzunluğu 1,8 m olmalıdır.
16. Cihaz hasta yatağı kenarına ve serum askısına asılarak kullanılabilmelidir.
17. Cihazın HEPA FİLTRE etkinliği en fazla 0.3µm 'da, 99.99% hassasiyetli olmalıdır.
18. Cihazın koruma derecesi IP21 IEC 60529 olmalıdır (12.5mm den büyük sert yabancı cisimlerden korur. IEC 60529 göre dikey olarak düşen su damlalarına karşı korur)
19. Isıtıcı cihaz üzerinde yüksek ısı limiti, düşük ısı limiti gösteren alarm göstergeleri olmalı, sesli ve görsel ikaz yapabilmelidir.
20. Isıtıcı cihaz seçilen sıcaklıkların birinde +/- 2,5°C değerinde bir sapma yaptığında otomatik olarak çalışmasını durdurmalıdır.
21. Her 50 battaniye için bir cihaz firma tarafından karşılanmalıdır.
22. Ürün numunesi görülmelidir.

*grm*

*[Signature]*

TEKNİK ŞARTNAME  
Cihazın Koruma Derecesi IP21 IEC 60529  
Hastanın Hipotermiden Korunmasını Sağlayan  
Isıtıcı Cihazın Teknik Şartnamesi  
No: 18049