



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İslem No/Alım No : 23239024-11-4083  
Konu : 2 kalem işne elektrödu alımı  
Talep Eden Birim : Laboratuvar Depoları / Pedlatrı Eeğ Laboratuvarı Stıođu  
Son Teslim Tarih & Saat : 04/12/2024 17:00:00 İlan Tarihi : 03/12/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyac duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numaraları, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5- Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6- Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyeceksse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarelin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.  
UBB kodu T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (UTS)ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TTUBB dan UTSde Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TTUBB/UTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihaleci, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

\*\*\*ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET ) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.  
\*\*\*İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEYECEKTİR.  
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

\*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.  
\*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIÇA BELİRTECEKTİR.  
TEKLİFLER BİRLİKTE NUMARALANMIŞ OLACAKTIR.  
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.  
E-POSTA :hasitatesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Makodu	Malzeme Adı/İsmi	Miktar	Birim
1	J01-013985	KONSANTRİK İGNE ELEKTRODU 37 MM. (EMG)	50	ADET
2	J01-013957	KONSANTRİK İGNE ELEKTRODU 25 MM. (EMG)	100	ADET

MEMİŞ ÇOBAN  
HAŞTANE MÜDÜR YRD.

Opsiyon :  
Teslimat :  
Ek :  
www.ihis.sezi.edu.tr  
Şartname Eklî Dosyada Sunulmaktadır.



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 28893

Döküm Tarihi : 26/11/2024 10:37:00

İstem Tarihi : 26/11/2024

Bölüm Adı : Pediatri Eeg Laboratuvarı Stoğu

Malzeme Kodu

Malzeme Adı

J01-013885

KONSANTRİK İĞNE ELEKTRODU 37 MM. (EMG)


- 1) Disposable konsantrik iğne elektrot, 37 mm uzunlukta ve çapı 0,46 mm (26G), kayıt alanı 0,07 mm kare olmalıdır.
- 2) İğne elektrot dış kanülü paslanmaz çelik ve merkezinden geçen teli platin olmalıdır.
- 3) İğne kablosuna takıldığında kavrama yeri 2,5 cm uzunluğunda, merkezi basık bir kavrama yeri olmalıdır.
- 4) İğnenin kayıt alanı gösteren 13 mm uzunluğunda hissetme çentiği bulunmalıdır.
- 5) İğneler e-beam tekniği ile steril edilmiş, yırtılmaz paketlerde olmalıdır.
- 6) İğneler ünitemizde bulunan iğne tutucularla uyumlu olmalıdır, uyumlu değilse iğnelerle birlikte ünitemizde bulunan EMG cihazına uygun iğne tutucu sağlanmalıdır

Prof. Dr. Ercan DEMİR  
T.C. GÜTF. Gazi Hastanesi  
Çocuk Sağ. ve Hast. A.D.  
Çocuk Nörolojisi B.D.  
Dip. No: 89778

Prof. Dr. Ercan DEMİR  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Çocuk Sağ. ve Hast. A.D. Nöj. B.D. Öğr. Üyesi  
Dip. No: 91-AA-076 - Dip. Tos. No: 57446

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : -1  
İstem Tarihi : 28/11/2024  
Bölüm Adı : Pediatri Eeg Laboratuvarı Stoğu

Döküm Tarihi : 28/11/2024 09:16:00

Malzeme Kodu	Malzeme Adı
J01-013957	KONSANTRİK İĞNE ELEKTRODU 25 MM. (EMG)

ATILABİLİR KONSANTRİK İĞNE 25 mm ELEKTROT ŞARTNAMESİ

- 100 adet sağlanmalıdır
- 2.25 mm uzunluğunda olmalıdır
- 0.46 mm çapında (26G) olmalıdır
- Kayıt alanı 0.07 milimetrekare olmalıdır
- İğne elektrot dış kanülü paslanmaz çelik ve merkezinden geçen teli platin olmalıdır
- Enstruman sonunda erkek konnektör bulunmalıdır
- İğne kablosuna takıldığında kavrama yeri 2,5 cm uzunluğunda, merkezi basık bir kavrama yeri olmalıdır.
- İğnenin kayıt alanını gösteren 13 mm uzunluğunda hissetme çentiği bulunmalıdır
- İğneler E-beam tekniği ile steril edilmiş ve yırtılmaz paketlerde olmalıdır
- İğneler ünitemizde bulunan iğne tutucularla uyumlu değilse, iğnelerle birlikte ünitemizde bulunan EMG cihazına uygun iğne tutucu sağlanmalıdır

Prof. Dr. Ercan DEMİR  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Çocuk Sağ. ve Hast. A.D. Nşj. B.D Öğr. Üyesi  
Dip. No: 81-AA-076 - Dip. Tes. No: 57445

Prof. Dr. Ercan DEMİR  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Çocuk Sağ. ve Hast. A.D. Nşj. B.D Öğr. Üyesi  
Dip. No: 81-AA-076 - Dip. Tes. No: 57445

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN