



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İslem No/Alım No : 23020024-11-4084
Konu : 1 Kalem Kılavuz tel alımı
Talep Eden Birim : Radyoloji Depoları / Radyoloji Anjiyo Stogu
Son Teslim Tarih & Saat : 04/12/2024 17:00:00
İlan Tarihi : 03/12/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyacı duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alınma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5- Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6- Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması ,
- 7- Teklif verilmeyecektir FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.
ÜBB kodu T. C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alınma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TITUBB da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TITUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihaleci, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

- **ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
- ***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.
- *FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
- *FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIĞA BELLİTECEKTİR.
- TEKLİFE BİRLİKTE NÜMUNE GETİRİLECEKTİR.
- ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
- E-POSTA :nasanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Mikodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	S-013017	GR2004 KILAVUZ TEL, MİKRO, NOROVİSKÜLER, 0016-0-018", TÜMÜ HİDROFLUK (3M)	10	ADET

MENİŞ COBAN
HAŞTANE MÜDÜR YRD.

Opsiyon :
Tedarikçi :
EK :
www.ihbis.sezli.edu.tr
Sartname Eklisi Dosyasında Sunulmaktadır.



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 28930
İstem Tarihi : 27/11/2024
Bölüm Adı : Radyoloji Anjiyo Stoğu

Döküm Tarihi : 27/11/2024 11:58:00


Malzeme Kodu : S-013017
Malzeme Adı : GR2034 KILAVUZ TEL, MİKRO, NÖROVASKÜLER, 0.016-0.018", TÜMÜ HIDROFİLİK (3/M)

0.018"(INCH) MİKRO KILAVUZ TEL

Sut Kodu: GR2034

Sipariş Kodu: S-013017

- 1) MİKRO KILAVUZ TEL, AKIM İLE YONLENDİRİLEBİLEN MİKROKATETERİ, LEZYONA ULASTIRMAK VE MANUPLE ETMEK İÇİN ÖZEL OLARAK TASARLANMIS OLMALIDIR.
- 2) MİKRO KILAVUZ TEL, 304 V PASLANMAZ ÇELİK İLE İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR.
- 3) MİKRO KILAVUZ TEL, TORKABİLİTE VE GÖNDERİLEBİLİRLİĞİ SAGLAMAK AMACIYLA PROXIMALİ 0.018 " inch kalınlıkta olmalıdır.
- 4) MİKRO KILAVUZ TELİN SARMAL KISMI PLATİNİUM MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR.
- 5) MİKRO KILAVUZ TEL UZUNLUĞU 200 CM OLMALIDIR.
- 6) MİKRO KILAVUZ TELİN 10 CMLİK DISTAL KISMI GÖRÜNEBİLİRLİĞİ SAGLAMAK AMACIYLA RADYOOPAK OLMALIDIR.
- 7) MİKRO KILAVUZ TEL, LUBRIKE HIDROFİLİK KAPLI OLMALIDIR.
- 8) MİKRO KILAVUZ TELİN DISTAL UC KISMI ÇOK YUMUSAK VE ATRAVMATİK OLMALIDIR.
- 9) MİKRO KILAVUZ TELİN DISTAL UC KISMI, ZOR ULASILABİLEN KUCUK DAMARLARA ULASIMI KOLAYLASTIRMAK AMACIYLA SEKİL VERİLEBİLİR OLMALIDIR.
- 10) MİKRO KILAVUZ TEL, TEKLİ STERİL AMBALAJINDA OLMALIDIR.
- 11) MİKRO KILAVUZ TEL AMBALAJI ÜZERİNDE, STERİLİZASYON TARİHİ VE SEKİLİ BELİRTİLMİŞ OLMALIDIR.

<p>T.C. Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast. Tolga ALTAY Girişimsel Radyoloji Sorumlusu Teknisyen Sicil No: 15143</p> <p>HAZIRLAYANLAR</p> 	<p>ONAYLAYAN</p>
---	-------------------------

Sağlık Teknisyeni Tolga ALTAY
Gazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi