



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 238.2024.12.4098

Konu : 2 kalem matzeme alımı

Talep Eden Birim : Ameliyathane Depoları / Ameliyathane Stoku

Son Teslim Tarih & Saat : 03/12/2024 00:00:00

İlan Tarihi : 02/12/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen matzemelerin satın alınmasına ihtiyac duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen matzemelerin teslim süreleri, barkod numarası ,markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL(Türk Lirası) olarak fiyat verilir ,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5- Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6- Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8- Teklif verilen matzemelerin , idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklife yer alacaktır.
UBB kodu T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alınan çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TTUBB da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarkçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TTUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihalatçı, tedarkçi veya bayi olduklarını gösterir . Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
***İHALE YASAKLI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARINI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTMEYECİKTİR.
TEKLİFLER BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
ÖDEMELER MAL MÜLAYEME KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA : hastanesatir@gazi.edu.tr

İHTİVAÇ LİSTESİ

S.No	M.Kodu	Matzeme Adı/Konusu	Miktar	Birim
1	J01-010437	ANTI BASINÇ HASTA POZİSYONERİ GÖĞÜS JEL PEDI	10	ADET
2	J01-010727	ANTI BASINÇ HASTA POZİSYONERİ KAFKA JEL PEDI	2	ADET

Memiş ÇOBAN
HAŞTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :

Teslimat :

Ek :

www.ihis.gazi.edu.tr
Şartname Eklisi Dosyası Sunulmaktadır.

ANTİBASINÇ POZİSYON PEDLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Pozisyon pedleri uzun süreli ameliyatlarda ve ameliyat sonrası dönemde, basınçtan dolayı oluşan sinir zedelenmelerini ve doku travmalarını (dekübit yaraları) önlemek için kullanılacaktır.
2. Pozisyon pedleri basıncı tüm yüzeylere eşit olarak dağıtmalı ve dolaşım bozukluklarına engel olmalıdır. Pedler basınç altında kaldıklarında ağırlıklarının yarısına kadar incelmeleri halinde bile, en fazla 30 dakika içinde orijinal haline dönebilmelidir. Bu husus bağımsız otoritelerce düzenlenmiş test raporları ile belgelendirilmelidir.
3. Pozisyon pedleri doku hasarını önlemek amacıyla basınca dirençli olmamalıdır. Pedler uluslararası ASTM standart test metoduna göre %300 basınç altında kaldıklarında bile gerilme mukavemeti ortalama minimum 33,5 MPa olmalı ve bu husus bağımsız otoritelerce düzenlenmiş test raporları ile belgelendirilmelidir.
4. Pozisyon pedleri radyolüsent olmalı, çekimlerde hekimin bölgeyi görüşünü engellememelidir.
5. Pozisyon pedleri viskoelastik polimerden imal edilmiş olmalıdır.
6. Cilde temas ettiğinde iritasyonu engellemelidir.
7. Dolaşım bozukluklarından kaynaklanan decubitus ülseri oluşumunu engellemelidir.
8. Pozisyon pedleri hasar gördüklerinde tamir edilebilir olmalıdır. İstekli pedlerin tamiri için gereken tamir kitinin ürün yelpazesinde bulunduğunu belgelendirmelidir.
9. Pozisyon pedleri çok kez kullanılabilir olmalıdır.
10. Pozisyon pedleri sabunla yıkanabilir olmalı, istenirse temizlemede alkol kullanılabilir.
11. Pozisyon pedleri üzerinde kan, serum, kir vs. bulaştığı zaman kötü görüntü oluşturmaması için sarı , beyaz , vb diğer açık renklerde olmamalıdır.
12. Pozisyon pedleri hastanın ameliyat masasında itinalı ve doğru pozisyonda tutulmasına imkan verirken, aynı zamanda sinir sisteminin ve basınçtan dolayı oluşabilecek ağrılardan korunmasına yardımcı olmalıdır.
13. Pozisyon pedleri yüksek termal kapasiteye sahip olmalı, uzun süreli operasyonlarda pedlere istenirse hastanın ısı kaybını önlemek amacıyla sıcak hava ile ön-ısıtma yapılabilir. Bu husus orijinal dokümanlar ile belgelendirilmelidir.
14. Pozisyon pedleri iletken olmamalı, çeşitli elektrocerrahi işlemlerinde kullanılabilir.
15. Pozisyon pedleri herhangi bir kaza nedeniyle kesik aldığı anda içindeki özel madde akma ve kayma yapmamalı , bu tip hasarlı bölgelerin tamiri özel tamir kitleri ile mümkün olmalıdır.
16. Pozisyon pedleri +70°C ila - 29 °C arasında kullanılabilir olmalıdır.
17. Pozisyon pedlerinin alev almadığı, 2 dakika boyunca alev maruz kalsa bile kendi kendine sönmüş bir yapısı olduğu orijinal dokümanlar ile belgelendirilmelidir.
18. Pozisyon pedleri alerjik etki bırakabilen lateks ve silikon içermemelidir.
19. Pozisyon pedleri su geçirmez ve anti statik olmalıdır.
20. Pozisyon pedleri CE standardında olmalıdır.
21. Her ürünün iç kısmında zamanla çıkmaması için Katalog ve LOT numarası, ürünün ve/veya kutusunun üzerinde ürün bilgileri, CE işareti üretici ve ithalatçı bilgileri yer almalıdır.
22. IEC 62321:2008'e göre test edilmiş olan pedlerde insan vücuduna zararlı olan kurşun, cıva, kadmiyum, heksavalent krom bileşenleri bulunmamalıdır. Bu husus bağımsız otoritelerce yapılmış test raporları ile belgelendirilmelidir.
23. Pedler hiçbir şekilde cilde zarar vermemeli, çinko ve alüminyum metalleriyle reaksiyona girmemelidir. Bu husus bağımsız otoritelerce yapılmış test raporları ile belgelendirilmelidir.
24. Pozisyon pedlerin enfeksiyon bakterilerinin üremesini artırıcı etkileri olmamalıdır.
25. Sağlık Bakanlığı onayına sahip olmalıdır.
26. Kullanım amaç ve özelliklerine göre pedler ve sayıları;

← Göğüs Pedi 50x10x10 cm 4 adet ; → J01-010437
35x7x5 cm 2 adet,

50x15x12 cm 2 adet,

40x10x10 cm 2 adet (±2 cm tolerans)

← Kafa pedi 20x9x5 1 adet (+/- 1 cm) → J01-010727