



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No/Alım No : 2302024-12-4105
Konu : Merkez Ambar Ünitesi için Pediyatrik Maske Nebulizer Seti Hazneli Alımı
Talep Eden Birim : D.S.Merkez Ambar Deposu / D.S.Merkez Ambar Stoğu
Son Teslim Tarih & Saat : 04/12/2024 17:00:00
İlan Tarihi : 02/12/2024

TEKLİF İSTEM FORMU

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyacı duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5- Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6- Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklife yer alacaktır.
UBB kodu, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalemin /kalemler için ayrı ayrı TİTUBB' da/ ÜTS' de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TİTUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalemin için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
****İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTECEKTİR.
TEKLİFE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M.Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J01-011813	OR4250 MASKE NEBULİZER SET HAZNELİ (PEDIATRİK)	800	ADET

Memiş ÇOBAN
HAŞTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :
Teslimat :
Ek :
www.ihis.gazi.edu.tr
Şartname Eklî Dosyada Sunulmaktadır.

PEDİATRİK NEBULİZATÖR MASKESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Maske pediatrik kullanıma uygun (1-2) no'lu olmalıdır.
2. Standart nebulizör kullanıma uygun çıkışlara sahip olmalı, maskenin hortum kısmı hastanemiz merkezi oksijen sistemine bağlı olan manometreye uygun olmalıdır.
3. Set içinde maske hortum ve ilaç haznesi bulunmalıdır.
4. Hasta 2-3 ml nebul solisyon formundaki ilaçları en fazla 6-7 dakikada bitirebilmelidir.
5. İlaç haznesi maksimum 10 ml olmalıdır.
6. Cihazın ürettiği partikül boyutu, %80 için 5 mikronun altında olmalıdır.
7. Set disposable olmalıdır.
8. Maske kokusuz olmalıdır.
9. Nebulizatör haznesi sert olmalıdır.
10. Nebulizatör haznesi şeffaf olmalıdır.
11. Antialerjik olmalıdır.
12. Maske yumuşak olmalıdır.
13. Maskenin yüze oturmasını sağlamak için maskenin burun kısmında şekil verebilen metal kaskaç bulunmalıdır.
14. Bağlantı hortumu yumuşak olmalıdır.
15. Yumuşak, tahriş etmeyen, monoksik tıbbi PVC'den yapılmış olmalıdır.
16. Maskenin O2 giriş yeri ile flowmetre arasında oran konnektörü olmalı ve hortumu 2m. Uzunlukta olmalıdır.
17. Maskenin her iki yanında hava girişi ve CO2 çıkışı için delikler olmalıdır.
18. Başı çevreleyen lastiği esnek fakat kolay deforme olmayacak nitelikte olmalıdır.
19. Tek kullanımlık poşetlerde olmalıdır.
20. CE kalite belgesi olmalıdır.
21. Teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl raf ömrü olmalıdır.

Doç. Dr. Tuğba BÉDİR DEMİR
Gazi Üniversitesi Tıp Fakóltesi
Çocuk Sağ. ve Hast. A. B.
Çocuk Enfeksiyon Hast. B. F.
Din Tesc. No: 2019/10000

Prof. Dr. Mustafa ÖZDEMİR
Gazi Üniversitesi Tıp Fakóltesi
Çocuk Sağ. ve Hast. A. B.
Çocuk Enfeksiyon Hast. B. F.
Din. Tes. No: 99816