



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 23022024-12-4113
Konu : Kök Hücre Ayırma Saklama Ünitesi için Fotoferez Seti Alımı
Talep Eden Birim : Servis Depoları / Kök Hücre Ayırma Saklama Stüdü
Son Teslim Tarih & Saat : 03/12/2024 13:00:00
İlan Tarihi : 02/12/2024

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Profirma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL(Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve yazılı olarak yazılması
- 5- Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltilme bulunmaması,
- 6- Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.
UBB kodu T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (UTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TITUBB' da/UTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TITUBB/UTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafında onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
****İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTMEKTEDİR.
TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M.Kodu	Malzeme Adı/Kısması	Miktar	Birim
1	J01-010951	HO1000 FOTOFERAZ SETİ.	33	ADET

Mermiş ÇOBAN
HASTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :
Teslimat :
Ek :
www.ihalis.gazi.edu.tr
Şartname Ekli Dosyada Sunulmaktadır.



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : -1
İstem Tarihi : 22/11/2024
Bölüm Adı : Kök Hücre Ayırma Saklama Stoğu

Döküm Tarihi : 22/11/2024 09:22:00

Malzeme Kodu **Malzeme Adı**
J01-010951 HO1000 FOTOFEREZ SETİ.

İŞİNLAMA TORBASİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-İlluminasyon torbası kan hücrelerinin ultraviyole tedavisi için özel yapıda üretilmiş olmalıdır.
- 2-İlluminasyon torbası EVA (ethyl vinyl acetate) yapıda olmalıdır.
- 3-Torbanın maksimum kapasitesi 3000 ml olmalıdır.
- 4-Torba üzerinde 1 adet spike, 1adet enjeksiyon girişi ve 1 adet örnek alma girişi olmalıdır.
- 5-Torba steril ve pyrogen free olmalıdır.
- 7-Torba tek tek steril paketlerde olmalıdır.
- 8-Torba CE belgeli olmalı ve ÜTS kaydı tamamlanmış olmalıdır.
- 9-Cihazda kullanılacak setler kesinlikle setleme ve prime işlemi gerektirmemelidir.

İŞİNLAMA CİHAZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Cihazın torbayı alttan ve üstten ışınlayacak şekilde iki adet UVA lamba kartuş seti olmalıdır. Her kartuşta 3 UVA lamba, toplamda 6 UVA lamba olmalıdır. Kartuşların ömrü 1 yıl olmalı ve her bir yılda kartuşlar firma tarafından değiştirilmelidir. Kartuş ömrü bittiğinde cihaz ekranında uyarı vermelidir.
- 2-Cihaz ultraviyole ışınlama işlemini çalkalamalı tepsisi ile tamamen bilgisayar kontrolü ile yapmalıdır. Her 1cm²'ye eşit miktarda enerji ışınlandığını bu tepsi üzerindeki sensörler yardımı ile ölçmeli ve işlem sonunda raporlamalıdır. Ürüne

HAZIRLAYANLAR

Gazi Üni.Ars. ve Uyg.Hastanesi
Kök Hücre Ayırma Saklama
Hatice YALDIZ

Hemşire Hatice YALDIZ

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Zübeyde Nur ÖZKÜLÜ
T.C. Gazi Üniversitesi
Genel Hastane
İç Hastalıkları ve Enfeksiyon Hastalıkları
Bölümü Başkanı

verilecek jule deęeri ayrıca isteęe gre de manuel olarak ayarlanabilmelidir.

3-Cihaz, ierisindeki sensrler sayesinde rn yoęunluęunu lp, iřınlama sresini otomatik olarak kendi belirleyip iřlemi gerekleřtirmelidir. rn miktarı ve hematokrit deęeri girmeye gerek olmamalıdır.

4-Gerek iřlem esnasında gerekse iřlem bitiminde, rne uygulanan iřının Őiddeti, verilen enerji, zaman, sıcaklık ekranda grlebilmeli ve hasta bilgilerinin dosyalanabilmesi iin cihaza baęlı yazıcı sayesinde ıktısı alınabilmelidir. Sz konusu bilgiler cihaz hafızasında depolanmalı ve gerektięinde ileri bir tarihte de kullanılabilmelidir.

5-Cihaza baęlı barkod okuyucu bulunmalı ve rn torbası cihaza yerleřtirilmeden nce torba zerindeki barkod okutularak cihaza yerleřtirilmelidir.

6-Cihaza baęlı barkod yazıcı cihazı olmalı ve iřlem bitiminde hasta ve iřlem bilgilerinin yer aldıęı barkod ıktısı alınarak iřlem torbasına yapıřtırılabilmelidir.

8-Cihaz zerinde dokunmatik LCD ekran olmalı ve LCD ekran zerinden tm iřlemler dokunmatik olarak yapılabilirmelidir.

9-Ekran zerinden iřlem esnasındaki tm deęerler grlebilmelidir.

10-Cihaz Trke menye sahip olmalıdır.

12-Cihaz CE belgesi olmalı ve TS kaydı tamamlanmıř olmalıdır.

13-Cihazda bir problem olduęu takdirde ihaleyi alan firma 24 saat iinde mdahale etmeli eęer sorun 24 saat ierisinde gzlemez ise firma cihazı yenisi ile deęiřtirmelidir.


14-Teklif edilen cihaz ve iřınlama torbası aynı marka olmalıdır.

15-Hasta ve kullanıcı gvenlięi aısından cihaz UVA iřınlama iřlemini korumalı olarak yapmalıdır. Cihaz alıřırken UVA iřınları kesinlikle cihaz dıřına ıkmamalıdır. Bu sayede hasta ve kullanıcı kesinlikle UVA iřınlarına maruz kalmamalıdır.

16-Iřınlama sresi her iřlemde 15 dakikayı gememelidir.

HAZIRLAYANLAR

Gazi ni. Ara. ve Uyg. Hastanesi
Kk Hcre Ajırını Saklama
Hatice YALDIZ



Hemřire Hatice YALDIZ

Gazi niversitesi Saęlık Arařtırma ve Uygulama Merkezi

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Zehra Nur OKURT
T.C. Gazi niversitesi
Gazi Hastanesi
Gz Hastalıkları Uzmanı
No: 11111111111111111111

