

## RESPIRATÖR CİHAZI BAKIM KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İstekliler tarafından teklif edilecek bakım kiti Carefusion marka Vela model respiratör cihazlarına uyumlu olacaktır.
2. Teklif veren istekliler teklif ettikleri ürüne ait numune getirmek zorundadır.
3. Değerlendirme teslim edilen numuneler üzerinden yapılacaktır.
4. Numune teslim etmeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
5. Teslim edilecek bakım kiti orijinal olacaktır.
6. Bakım kiti ikinci el veya fason olmayacak, kutulu ve ambalajlı sıfır ürün olacaktır.



## EKSPİRASYON YUVASI ALIMI

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- İstekliler tarafından teklif edilecek ekspirasyon yuvası Carefusion marka Vela model ventilatör cihazına uyumlu olacaktır.
- 2- Teklif edilen ürünün CE belgesi olacaktır.
- 3- Teklif veren istekliler teklif ettikleri ürüne ait numune getirmek zorundadır.
- 4- Değerlendirme teslim edilen numuneler üzerinden yapılacaktır.
- 5- Numune teslim etmeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 6- Teslim edilecek ekspirasyon orijinal olacaktır.
- 7- Yüklenici diyaframı teslim edilmeden önce, ekspirasyon yuvasının orijinal olduğuna dair belgeyi Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine verecektir.
- 8- Ekspiraasyon yuvası ikinci el veya fason olmayacak, kutulu ve ambalajlı sıfır ürün olacaktır.
- 9- Yüklenici diyaframı sipariş tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde idaremiz deposuna veya Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edecektir.

