

**VENTİLATOR CİHAZI TURBINE ASSY ALIMI**  
**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1) İstekliler tarafından teklif edilecek Turbine Assy Carefusion marka Vela ventilatör cihazına uyumlu olacaktır.
- 2) Ürün orijinal olacaktır.
- 3) Teklif edilen ürünün CE belgesi olacaktır.
- 4) Takıldıktan sonra muffler filtre yuvası ile arasında herhangi bir kaçak olmayacaktır.
- 5) Sistem kaçak testinden geçecektir.
- 6) Takılan türbin ana kart ile uyumlu olacaktır.

Harun BEYTULLAH GÜLÜ  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Tıbbi Cihaz Birimi  
Tekniker

GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Tıbbi Cihaz Birimi  
Ömer UYURCA  
Tekniker