



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İslem No/Alım No : 2398024-12-4-146  
Konu : 1 kalem ventriller drenaaj sekti alımı  
Talep Eden Birim : Yoğun Bakım Depoları / Nöroşiruji Yoğun Bakım Stodu  
Son Teslim Tarih & Saat : 04/12/2024 17:00:00 İlan Tarihi : 03/12/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Protorma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası,markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL(Türk Lirası) olarak fiyat verilir. birim fiyatlarının takarla ve yazıyla yazılması
- 5- Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6- Adı ,soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açkıkama ile gönderilmesi ,
- 8- Teklif verilen malzemelerin , idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.  
ÜBB kodu T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alınma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TITUBB dal ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedatıçtı firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TITUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihaleatçı, tedatıçtı veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

- \*\*\*ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
- \*\*\*İHALE YASAKLIŞI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECEKTİR.
- Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.
- \*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
- \*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTMEKTEDİR.
- TEKLİFLER BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
- ÖDEMELER MAL MUYAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
- E-POSTA : hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Mikotri	Malzeme Adı/İsmi	Miktar	Birim
1	101-015511	KN1022 VENTRİKÜLER DRENAL SETİ	50	ADET

MENİŞ COBAN  
HAŞTANE MÜDÜR YRD.

Opsiyon :

Tedatıçtı :

Ek :

www.ihales.gov.tr  
Şarname Eklri Dosyasıda Sunulmaktadır.

## EXTERNAL VENTRİKÜLER DRENAJ

1. Çeşitli sebeplerle beyin omurilik sıvısının drene edilmesi gereken durumlarda kullanılan Eksternal Ventriküler Drenaj Seti bir çok farklı medikal parçayı içinde barındırmaktadır. Bunlardan biri de drenajın sağlanabilmesi için ventriküle giren ventriküler drenaj kateteridir. Ventriküler kateterin dış çapı ve iç çapının boyutu operasyonun kolaylığı ve drenajın sağlıklı olabilmesi adına önem arz etmektedir. En uygun drenaj kateteri dış çapı 8,4 F, iç çapı 4,5 F olmalıdır.
2. Drenajın sağlıklı olabilmesi için Setin içerisinde bulunan Ventriküler Kateter'in tantalum emili, yuvarlatılmış ucuna 2.4 cm mesafe içerisinde, kateter çevresi boyunca, 4 sıralı 4'er, toplam 16 adet giriş deliği bulunmalıdır. bu durum kateterin tıkanmaması için önem arz etmektedir.
3. Ventriküler Kateter'in proximal ucundan 5, 10, 15cm uzaklıkta (5 cm aralıklarla) 3 adet grafit emili silikon elastomerden yapıli siyah uzunluk işareti bulunması operasyon sırasındaki ve sonrasında süreçlerde kolaylık sağlamaktadır .
4. Ürünün drenaj işlemi sırasında askıya alınması ve yüksekliğinin ayarlanabilmesi drenaj işlemi için önem arz etmektedir. Drenaj işlemi sırasında yüksekliğin kolaylıkla değiştirilebilmesi gerekmektedir. Bu sebeple daha kaliteli ve ihtiyaç halinde çok hızlı değiştirilebilen bir askı ve sabitleme düzeneği olmalıdır.
5. Drenaj setinden çıkan parçaların ayrı ayrı siteril paketlenmiş olması çok önemlidir. (hasta hattı- drenaj torbası- kateter sistemi) Bu özellik hastaların ihtiyacına göre gerekirse ayrı ayrı kullanım olanağı sağlamaktadır. Bu da yalnızca bir parça kullanmak için bütün setin bozulmasının önüne geçeceğinden toplam maliyet adına avantaj sağlayacak bir durumdur.
6. Hali hazırda kullanılan düşük kaliteli drenaj kitleri sebebiyle ürün kaynaklı olarak sebeplerden ötürü bir hasta için birden fazla ürün kullanımına gerek duyulmaktadır. Buda ekstra kamu zararına sebep olmaktadır.
7. Hali hazırda kullanılan ürünlerde hasta hattından drenaj torbasına giden sistem tıkanıklık yapmakta bu durum hem hasta adına hemde maliyet olarak dezavantaj oluşturmaktadır.

Dr. Dr. Ayhan KAYMAKÇI  
T.C. G.U. T.F. Beyin ve Sinir Hastalıkları  
Dip. Tes. No: 4473

Prof. Dr. A. Memduh KAYMAZ  
T.C. G.U. T.F. Beyin ve Sinir Hastalıkları  
Dip. Tes. No: 4473