



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 2362024-12-4147
Konu : 1 Kalem hemodiyaliz kateteri alımı
Talep Eden Birim : D.S.Merkez Ambar Deposu / D.S.Merkez Ambar Stoğu
Son Teslim Tarih & Saat : 04/12/2024 17:00:00 İlan Tarihi : 03/12/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5- Üzerinde kazını, silini, düzeltme bulunmaması,
- 6- Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyecekseniz FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.
Önemli 10- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.
Önemli 11- İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)ye kayıtlı ve bu UBB kodu T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)de Sağlık Kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alınma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TITUBB'de/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve teklifçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TITUBB/ÜTS'ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalemin için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihalatçı, teklifçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLMALIDIR.

***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECEKTİR.

***FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.

***FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTMEYECEKTİR.

***TEKLİFLERLE BİRLİKTE NÜMUNE GETİRİLMELİDİR.

***ÖDEMELER MAL MÜAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.

***E-POSTA : hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Mikodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J07-01/A008	HEMODİYALİZ KATETERİ GEÇİCİ ERİŞKİN (HEPARİN KAPLI) 11-12.5 F. 20 CM.	300	ADET

MEHMET ÇOBAN
HAŞTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :

Teslimat :

Ek :

www.ihis.gazi.edu.tr
Şartname Ekli Dosyada Sunulmaktadır.

HEMODİYALİZ KATETERİ, GEÇİCİ, ERİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Hemodiyaliz tedavisi için kısa süreli santral venöz damar yolu sağlamak amacıyla femoral ven, subklavyan ven veya juguler vene uygulanabilir yapıda ve çift lümenli olmalıdır.
- 2- İki kümenli olan bu kateterlerin lümenlerden kıvrık (M şeklinde - juguler ven kullanımı için) veya Y şeklinde (femoral ven kullanımı için) olma seçenekleri bulunmalıdır. Bu iki şekilde kateterden kaçır adet alınacağına alıcı karar verebilmelidir.
- 3- Çapı 10 (± 2) Fr (juguler ven kullanımı için 8 F gibi veya femoral ven kullanımı için 11-12 F gibi) olmalıdır. Hangi çaplı kateterden kaçır adet alınacağına alıcı karar verebilmelidir.
- 4- Kateterin uzunluğu farklı kullanım yerlerine göre 15 cm (juguler, subklavyen ven için) – 20 cm (femoral ven için) arasında olmalıdır. Hangi uzunluktaki kateterden kaçır adet alınacağına alıcı karar verebilmelidir.
- 5- Kateterin üzerinde arter yolu için kırmızı, ven yolu için mavi birer klemp ya da konnektör bulunmalıdır.
- 6- Hemodiyaliz kateteri tek, şeffaf bir ambalaj içerisinde set şeklinde sunulmalıdır. Setin içerisinde aşağıdaki malzemeler bulunmalıdır
- 6a-1 (Bir) adet istenen teknik özelliklere sahip hemodiyaliz kateteri
- 6b- 1 (Bir) adet 0,038 inch 70 cm J uçlu girişim iğnesi ve dilatatöre uygun kılavuz tel. Kılavuz tel paslanmaz çelik olup flexible olmalı, kolay kırılmamalı ve telin uç veya gövde sarmalı itme veya çekmeler sırasında açılmamalıdır.
- 6c- 1 (Bir) adet 18 G seldinger girişim iğnesi
- 6d- En az 1 (Bir) adet vessel dilatör
- 6e- 1 (Bir) adet 11 numara neşter
- 6f- 2 (iki) adet Luer kilitli enjeksiyon kapağı
- 6g- En az 1 (Bir) adet kateter sabitleme bantı
- 7- Kateter ucu, gövdesi ve boruları biyolojik uyumlu, radyopak ve ısıya duyarlı, damara zarar vermeyen poliüretan malzemeden yapılmış olmalıdır. Kateter gövdesi damar içinde yumuşayarak içinde bulunduğu damara uyum göstermelidir. Fibrin ve pıhtı oluşumunu en aza indirecek özellikte ve yapıda olmalıdır.
- 8- Kateteri tespit/sabitlemek için dikiş kanadına sahip olmalıdır.
- 9- Kateter ve seti steril orijinal ambalajında olmalı, ambalaj üzerinde set içeriği, üretim tarihi veya son kullanma tarihi, sterilizasyon tipi, tarihi ve LOT numarası olmalı, CE işareti bulunmalıdır.
- 10- Sterilizasyon süresi ambar teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır.
- 11- Heparinli kilitlemeler için kateterin dolum hacmi veya ölü boşluk hacim vb. bilgiler klemplerin yanlarında veya extension line üzerinde yazılı olmalıdır.
- 12- Kateter denenerek alınacaktır. Deneme için uygun sayı ve boyutlarda numune teslim edilmelidir.
- 13- Kullanım esnasında malzeme ile ilgili üretimden kaynaklanan sorunlar olması halinde malzemeleri geri alma ve değiştirme taahhütü verilmelidir.

Dr. Öğr. Üyesi Kamran İnci
T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanlığı
İç Hastalıkları Uzmanı
Dip. TESC No: 138205

- 14- Yüklenci firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirilmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miadlı ürünler ile değiştirmelidir.
- 15- Teklif edilen ürün "Ürün takip sistemi-ÜTS"ye kayıtlı olmalıdır
- 16- Teklif edilen ürün Medula Ubb sorgu ekranındaki Online Tıbbi Malzeme Sorgulama sekmesinde kayıtlı olmalıdır.
- 17- Malzemeyi teklif eden firma üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün takip sistemine-ÜTS kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.
- 18- Teklif edilen ürün Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme Listesindeki SUT kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK'nın ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.

Dr. Öğr. Üyesi Karim İvci
T.C. Sağlık Bakanlığı
İç Hastalıkları Genel Sekreterliği
Dip. No: 138205

Kübra Tekel