

PİSTON MOTORU TAMİR TEKNİK ŞARTNAMESİ


1. Bu Teknik şartname Hastanemiz Ameliyathane Bölümünde Kullanılan kullanılan Drager Marka Primus Model piston motorunu kapsar.


GENEL HÜKÜMLER

2. İstekliler Satın Alma biriminin <https://ihale.gazi.edu.tr/> sayfasında belirtilen ilan başlangıç ve ilan bitiş tarihleri arasında cihazı inceleyebilir, proforma teklif gönderebilirler.
3. İsteklilerin proforma teklif kağıdı üzerinde , şirketin tam ismi , logosu , açık adresi , iletişim numarası , mail adresi okunur şekilde yer almalıdır .
4. Tekliflerin değerlendirilmesi sonucu sipariş formu istekliye mail ile gönderilecektir.
5. İstekliler proforma tekliflerini hastanesatinalma@gazi.edu.tr adresine gönderecek olup 03122027452 telefon numarası satın alma doğrudan temin biriminden attıkları proforma teklifin ilgili yere ulaşıp ulaşmadığından emin olacaklardır.
6. İstekliler iş bitiminde ıslak imzalı, fatura, sipariş formu ve detaylı teknik servis raporlarını Hastanemiz Teknik İşletme Amirliği, Fatura birimine teslim edeceklerdir. Elden teslim edilmeyen evraklarda hastanemiz sorumlu tutulamaz.

TEKNİK HÜKÜMLER

7. İstekliler 2.maddedeki tarih aralığında ilgili cihazı Tıbbi cihaz Bakım Onarım Birimi personeli eşliğinde inceleyebilirler.
8. İstekliler inceledikleri cihazlara “ **CİHAZ YERİNDE GÖRÜLDÜ** ” belgesi düzenleyecek olup teknik personele imzalatacağıdır. Teknik personel imzası olmayan evrak geçersizdir.
9. Cihaz istekli tarafından incelenirken , arızayı takip etmeyen başka bir hata verdiğinde doğrudan inceleyen istekli sorumludur. Bu arızayı ücretsiz gidermekle yükümlüdür.
10. İstekli cihazı hastaneden alıp incelemek istiyorsa , bu durumda arıza tespit süresi 24 (yirmi dört) saattir. Bu süre uzatılmak istenirse teknik personel tarafından yazıyla bir tutanak tutularak firmaya izin verilebilir.
11. İstekliler cihazı tamir ederken çıkan elektronik komponent, lcd ekran, o ring conta, filtre , kimyasal sensörler gibi kırık ve cihazdan çıktığında kullanım ömrü olmayan parçaları hastanemize teslim etmekle yükümlü değildir. Bunun dışında teknik servis raporunda değişim yazan tüm yedek parçaları Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Birimine Teslim Etmekle yükümlüdür.
12. Tamir edilen cihaza istekli 6 (altı) ay garanti vermiş olur.
13. Tamir edilen cihaz Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Birimine veya Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Biriminin istediği bölüme teslim edilmelidir.
14. Proforma teklif gönderen istekliler tüm teknik şartname maddelerini kabul etmiş olur.


Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Tıbbi Cihaz Bakım Birimi
T.C. Sağlık Bakanlığı
Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Bakım Birimi
Gökhan UZALAN
Teknisyen