


HASTA KARYOLASI TAMİR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemiz Kadın Doğum Doğumhane Ünitesinde kullanılan Merivaara Corporation marka hasta karyolası (doğum yatağı) arızalanmıştır.
2. Teklif verecek istekliler cihazın arıza tespitinde bulunup, Teknik Servis Raporunu Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine vermek zorundadırlar.
3. Arıza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Tamir edilen cihaza 6 ay tamir garantisi verecektir.
5. Cihazın değişen parçaları orijinal olacaktır. Değişen parçaların orijinal olduğuna dair belgeyi Tıbbi Cihaz Birimine verecektir.
6. İstekliler tamir yapılan cihazı çalışır durumda Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edecektir.
7. Teklif veren isteklilerin Hizmet Yeterlilik Belgesini veya Yetkili Servis Belgesini idaremize teklif mektubu ile birlikte verecektir.
8. Cihaz en fazla 30 gün içinde tamir edilerek Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Gökhan ÖZASLAN
Teknisyen



GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Ömer UYURGA
Tekniker

