

**HETTICH MARKA UNİVERSAL 320 MODEL SANTRİFÜJ
TAMİRİ ŞARTNAMESİ**

1. İstekli tamir işi ile ilgili Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Biriminin eşliğinde Hettich marka Universal 320model arıza tespitinde bulunacaktır.
2. Tespitte bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
3. Santrifüj çalışır durumda teslim edilecektir.
4. Tamiratı yapılan santrifüj için 6 ay tamir garantisi verilecektir.
5. Santrifüj yükleniciye teslimden sonra en fazla 30 gün içinde tamir ve bakımı yapılarak Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimi çalışır durumda teslim edilecektir.
6. Santrifüj çıkan parçaları Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.

A. ERİN ÜSTÜN
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Biyomedikal Birimi
Etiler/Beşiktaş/İstanbul

KARAN KOCU
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Biyomedikal Birimi
Etiler/Beşiktaş/İstanbul