



2024-12-4163
24DT

TALEP MÜZAKERESİ

K-Q
TSE-ISO-EN
9000

İstek No : 28990
İstek Yapan Birim : Biyomedikal Stoğu
İstek Yapan Personel : Nur TAŞKIRANOĞLU
Tipi : Hizmet
Birim Telefonu : 26620

İstem Tarihi: 03/12/2024

BAŞHEKİMLİK MAKAMINA

Hastanemiz Endoskopi Bölümü için aşağıdaki malzemelerin/hizmetlerin/bakım-onarım işlerinin alınmasına/yaptırılmasına emir ve bilgilerinizi arz ederim.

Selçuk DURSUN
Hastane Müdürü

SIRA NO	JENERİK KODU	MALIN İSMİ/CİNSİ	SON ALIŞ BİLGİLERİ		Bakım/ Kul.Süresi	Miktar	Bakım Peryodu	AÇIKLAMA
			BİRİM FİYATI	TESLİM TARİHİ				
1	TM7674	SKOPİ CİHAZI TAMIRI	0		ADET	1		

Doç.Dr. Mehmet Ali ASLANER
Bakım Birim Sorumlusu
...../...../2024

SKOPİ CİHAZI TAMİRİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Hastanemiz Endoskopi bölümünde kullanılan GE marka OEC 9900 Elite model E2-1536 seri numaralı skopi cihazı arızalanmıştır.
- 2.Teklif verecek istekliler, cihazın arıza tespitini yaptıktan sonra, arıza tespiti içeren Teknik Servis Raporunu Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine verecektir.
- 3.Arıza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 4.Tamir edilen cihaza istekliler 6 (altı) ay tamir garantisi verecektir.
- 5.İstekliler tamir yapılan cihazı çalışır durumda Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine veya Endoskopi bölümüne teslim edecektir.
- 6.Teklif veren isteklilerin Hizmet Yeterlilik Belgesini veya Yetkili Servis Belgesini idaremize teklif mektubu ile birlikte verecektir.
- 7.Cihaz tamir için yükleniciye teslimden sonra, en fazla 14 (ondört) gün içinde tamir edilerek Biyomedikal Birimine veya Endoskopi bölümüne teslim edilecektir.

Murat SOLMAZ
Gazi Üniversitesi
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Teknikeri



GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Gökhan ÜZÜMLER
Teknisyen

