



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 2389024-12-4171

Konu : 2 Kalem malzeme alımı

Talep Eden Birim : Ameliyathane Depoları / Ameliyathane Stogu

Son Teslim Tarih & Saat : 10/12/2024 17:00:00 İlan Tarihi : 09/12/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilmeli, birim fiyatlarının rakamına ve yazıyla yazılması
- 5- Üzerinde kazınılı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6- Ad soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9-Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.  
UBB kodu T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TTTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alınma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TTTUBB da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedatıncı firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TTTUBB/ÜTS'ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10-Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihalatçı, tedatıncı veya bayi olduklarını gösterir . Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

\*\*\*ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.

\*\*\*İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

\*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.

\*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIĞCA BELİRTMEYELİDİR.

TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.

ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.

E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Miktar	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J01-01-E613	AN:1020 NİM EMG ENDOTRAKEAL TUP NO:7	50	ADET
2	J01-01-E614	AN:1020 NİM EMG ENDOTRAKEAL TUP NO:8	50	ADET

Memiş ÇOBAN  
HAŞTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :

Teslimat :

Ek :

www.hiss.gazi.edu.tr

Şartname Eklil Dosyasında Sunulmaktadır.

**J01-01E613 SİNİR MONİTORİZASYONU CİHAZI İÇİN EMG YAPABİLEN  
ENDOTREKEAL TÜP NO 7 TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Ürün tek kullanımlı ve steril olmalıdır.
2. Sinir moitorizasyonunda kullanılan bir endotrekeal tüp olmalıdır.
3. Cerrahi boyunca vokal kord ve rekürrens larengeal siniri EMG aktivasyonunun monitorizasyonunda kullanılmalıdır.
4. Entübasyon tüpü üzerinde sağ ve solda renk kodlarıyla ayrılmış birer çift elektrot bağlı olmalıdır.
5. Elektrotlar tüpün üzerinde sabit olmalı veya sarılmalı ve hastanın vokal kord seviyesinde konumlandırılmalıdır.
6. Setin içinde 2 adet topraklama elektrodu bulunmalıdır.
7. Endotrekeal tüp tek kanallı, spiralli olmalıdır.
8. Ürünün çapı 7.0 mm olmalıdır.
9. Ürünün orijinal barkod numarası olup ulusal bilgi bankasında kayıtlı ve sağlık bakanlığı onaylı olmalıdır.
10. Ürün CE sertifikasına sahip olmalıdır.
11. Ürünler ile birlikte kullanılacak olan cihazın vaka esnasında bağlantı kablolarının oluşabilecek bir hatayı ve laringeal tube elektrodunun vokal kordlara temas edip etmediğini sesli ve görsel olarak göstermelidir.
12. Ürün miadı en az 3 yıl olmalıdır.
13. Firma ürünler hastane stoklarında bitinceye kadar vaka sırasında kullanılmak üzere prob ve elektrodularla uyumlu sinir monitorizasyon cihazı ile destek vermelidir. Ürünler ile birlikte kullanıma bırakılacak cihazın vaka esnasında bağlantı kablolarının oluşabilecek bir hatayı ve laringeal tube elektrodunun vokal kordlara temas edip etmediğini sesli ve görsel olarak göstermelidir.
14. Ürün seçimine numune değerlendirilerek karar verilecektir.

Prof. Dr. Abdulkadir BEDİRLİ  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Çapa Hastanesi  
Genel Cerrahi Öğr. Üye.  
D. 010 312 20 81 24 188 104 4034

Ebru GÜMÜŞ KARAVELİ  
Ameliyathane Birim  
Sorumlusu



## J01-01E614 SİNİR MONİTORİZASYONU CİHAZI İÇİN EMG YAPABİLEN ENDOTREKEAL TÜP NO 8 TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Ürün tek kullanımlı ve steril olmalıdır.
- 2.Sinir moitorizasyonunda kullanılan bir endotrekeal tüp olmalıdır.
- 3.Cerrahi boyunca vokal kord ve rekürrens larengeal siniri EMG aktivasyonunun monitorizasyonunda kullanılmalıdır.
- 4.Entübasyon tüpü üzerinde sağ ve solda renk kodlarıyla ayrılmış birer çift elektrot bağlı olmalıdır.
- 5.Elektrotlar tüpün üzerinde sabit olmalı veya sarılmalı ve hastanın vokal kord seviyesinde konumlandırılmalıdır.
- 6.Setin içinde 2 adet topraklama elektrodu bulunmalıdır.
- 7.Endotrekeal tüp tek kanallı, spiralli olmalıdır.
8. Ürünün çapı 8.0 mm olmalıdır.
- 9.Ürünün orijinal barkod numarası olup ulusal bilgi bankasında kayıtlı ve sağlık bakanlığı onaylı olmalıdır.
- 10.Ürün CE sertifikasına sahip olmalıdır.
11. Ürünler ile birlikte kullanılacak olan cihazın vaka esnasında bağlantı kablolarının oluşabilecek bir hatayı ve laringeal tube elektrodunun vokal kordlara temas edip etmediğini sesli ve görsel olarak göstermelidir.
- 12.Ürün miadı en az 3 yıl olmalıdır.
- 13.Firma ürünler hastane stoklarında bitinceye kadar vaka sırasında kullanılmak üzere prob ve elektrodularla uyumlu sinir monitorizasyon cihazı ile destek vermelidir. Ürünler ile birlikte kullanıma bırakılacak cihazın vaka esnasında bağlantı kablolarının oluşabilecek bir hatayı ve laringeal tube elektrodunun vokal kordlara temas edip etmediğini sesli ve görsel olarak göstermelidir.
- 14.Ürün seçimine numune değerlendirilerek karar verilecektir.

Prof. Dr. Ali İzzet BEDİRLİ  
Göğüs Hastalıkları Uzmanı  
T.C. Sağlık Bakanlığı  
Etiyopya Hastanesi  
Cerrahi Servis Uzmanı

Ebru GÜLLÜS AKKAYA  
Ameliyathane Birim Sorumlusu