


2024-12-4181



T.C  
GAZI ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
SATINALMA İSTEK BELGESİ

Fikret KARAKAYA  
Tekniker



Telefon No : 26620  
İşlem Tarihi : 02/12/2024

İstem No	28973	İç İstem No	0	İstem Yapan Birim	Biyomedikal Stoğu	İşlem Tipi	Malzeme
Hasta Bilgileri				İstem Yapan Kullanıcı	Uğur ÜNAL	Kullanım Süresi	

İdari Depolar ihtiyacı olan Hastanemiz Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi için aşağıdaki malzemelerin/himmetlerin/bakım-onarım işlerinin alınmasını/yaptırılmasına emir ve müddetini arz ederim. **Satınalma Komisyonu Hastanemizdir.**

İstem Bilgileri			Son Alış Bilgileri			Stok Bilgileri			Tüketim Bilgileri			Alım Şekli			
Kısım No	Kodu	Malın/İşin Cinsi	Önerilen Miktar	İstenen Miktar	Birimi	SUT Kodu	SUT Fiyatı	S.A Tarih	Birim Fiyatı	Merkez Depo Stok	İst.Depo Stok	Hastane D.Stok	Geçmiş Yıl Tüketim Ort.	Geçmiş Yıl Tüketim Ort.	Aktif Yıl Tüketim Ort.
2	0	J06-069494 MIXER (VENTİLATOR CİHAZI İÇİN)	0	1	ADET		0		0	0	0	0	0	0	0
1	0	J06-069495 TÜRBİN BLOK (VENTİLATOR CİHAZI İÇİN)	0	1	ADET		0		0	0	0	0	0	0	0

Yukarıda istemi yapılan taleplerimizin önceki dönemlerde sarf edilen miktarlarla uyumlu ve ihtiyaçtan fazla talep edilmediğini kabul ve beyan ederiz.  
BÖLÜMÜN TALEP GEREKÇESİ Hastanemiz Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi


DEPO GÖRÜŞÜ  
Taşınır Kayıt Yetkilisinin İmza ve Kaşesi  
İhan TÜRKEKUL  
Taşınır Kayıt Yetkilisi

TALEP DEĞERLENDİRME KOMİSYONU  
04.12.2024  
Faturalandırma Müdürlüğü  
Stok Analiz ve Kontrol Müdürlüğü  
Gazı Üniversitesi Hastanesi Sağlık ve Uygulama Merkezi  
E Blok 1.Kat 06500 Beşevler/ANKARA  
Tel:(0312) 202 50 61-202 50 68- 202 74 52 Faks : (0312) 213 43 38


NOT: Talep edilen malzemelerin güncel şartnameleri en az iki(2) uzman tarafından ıslak imzalı olarak getirilmelidir.  
\*Geçmiş Yıl Tüketim Miktarı : Bir önceki yılın başlangıç ve bitiş tarihi arasındaki tüketimi vermektedir./Aktif Yıl Tüketim Miktarı : İstem yapılan yılın başlangıç tarihi ile istem tarihinden önceki aylar arasındaki tüketimini vermektedir.  
\*Son Aylık Tüketim Miktarı : İstem tarihinden önceki ay içinde yapılan tüketimi vermektedir./Tüketim miktarları,"Hastaya Çıkış", "Depo Çıkış" ve "Sarf Çıkış" türlerinden oluşmaktadır.

**VENTİLATOR CİHAZI TÜRİN BLOK ALIMI**  
**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1) İstekliler tarafından teklif edilecek Türbin blok Carefusion marka Vela ventilatör cihazına uyumlu olacaktır.
- 2) Ürün orijinal olacaktır.
- 3) Teklif edilen ürünün CE belgesi olacaktır.
- 4) Sistem kaçak testinden geçecektir.
- 5) Yüklenici Türbin blok cihaza takıp gerekli testlerinden geçirip çalışır durumda teslim edecektir.




GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Tıbbi Cihaz Birimi  
Gökhan ÖZGÜL  
Teknisyen



**VENTİLATÖR CİHAZI MİXER ALIM**  
**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1) İstekliler tarafından teklif edilecek Mixer (hava oksijen karıştırıcı) Carefusion marka Vela ventilatör cihazına uyumlu olacaktır.
- 2) Ürün orijinal olacaktır.
- 3) Teklif edilen ürünün CE belgesi olacaktır.
- 4) Sistem kaçak testinden geçecektir.
- 5) Yüklenici mixeri cihaza takıp gerekli testlerinden geçirip çalışır durumda teslim edecektir.



GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Tıbbi Cihaz Birimi  
Gökhan YILMAZ  
Teknik Sorumlusu

