



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 2340024-12-4188
Konu : 4 Kalem malzeme alımı
Talep Eden Birim : Politiklık Depoları / Göğüs Hastalıkları Politikliği Şişli
Son Teslim Tarih & Saat : 10/12/2024 17:00:00 İlan Tarihi : 09/12/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma fiyatının aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası ,maktalan ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL(Türk Lirası) olarak fiyat verilir ,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6.Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8-Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9-Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.
UBB kodu T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) ve/veya Ürdn Takip Sistemi (ÜTS)ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TİTUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10-Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihaleatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLMALIDIR.
***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECEKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIĞA BELİRTMEKTEKİR.
*TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
*ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDEN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
*E-POSTA :hasstanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Miktar	Birim
1	200	ADET
2	400	ADET
3	10	ML
4	10	ML

MENİŞ COBAN
HAŞTANE MÜDÜR YRD.

Opsiyon :
Teslimat :
Ek :

www.ihis.gazi.edu.tr
Şarhname Ekli Dosyada Sunulmaktadır.



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 29014
İstem Tarihi : 03/12/2024
Bölüm Adı : Göğüs Hastalıkları Polikliniği Stoğu

Döküm Tarihi : 03/12/2024 15:34:00

Malzeme Kodu : J07-072387
Malzeme Adı : HUBUBAT MIX.

PRİCK TEST ALLERJEN SOLÜSYON TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Epidermal deri testi için kullanıma uygun olmalıdır.
2. Yüksek standart'ta Allerjenlerden oluşmalıdır.
3. Cam ve damlalıklı şişelerde (5ml) ambalajlanmış olmalıdır.
4. +2/+8 C de muhafaza edilmiş olarak teslim edilmelidir.
5. Steril olmalıdır.
6. Son kullanma tarihi 12 aydan az olmalıdır.
7. İstenildiğinde standardizasyon belgesi (ISO) sunulabilmelidir.

HAZIRLAYANLAR

Prof. Dr. Nilgün YILMAZ DEMİRCİ
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

ONAYLAYAN



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 29014
İstem Tarihi : 03/12/2024
Bölüm Adı : Göğüs Hastalıkları Polikliniği Stoğu

Döküm Tarihi : 03/12/2024 15:33:00

Malzeme Kodu : J08-011764
Malzeme Adı : LANSET (PRICK LANSET)

PRICK TEST LANSETİ

- 1.Steril ve disposable tek kullanımlık olmalıdır.
- 2.Kesici ucu 1 mm'lik olmalıdır.
- 3.Metal veya plastik olmalıdır.
- 4.Epidermal deri testi için kullanılmalıdır.
- 5.En az 200'lük ambalajlarda olmalıdır.
- 6.Son kullanma tarihi 1 yıldan az olmamalıdır.
- 7-Steril olmalıdır.
- 8-Avrupa standartlarına uygun olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN

Prof.Dr. Nilgün YILMAZ DEMİRÇİ

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 29014
İstem Tarihi : 03/12/2024
Bölüm Adı : Göğüs Hastalıkları Polikliniği Stoğu

Döküm Tarihi : 03/12/2024 15:33:00

Malzeme Kodu : J07-073436
Malzeme Adı : OT MIX.

PRICK TEST ALLERJEN SOLÜSYON TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Epidermal deri testi için kullanıma uygun olmalıdır.
2. Yüksek standart'ta Allerjenlerden oluşmalıdır.
3. Cam ve damlalıklı şişelerde (5ml) ambalajlanmış olmalıdır.
4. +2/+8 C de muhafaza edilmiş olarak teslim edilmelidir.
5. Steril olmalıdır.
6. Son kullanma tarihi 12 aydan az olmalıdır.
7. İstenildiğinde standardizasyon belgesi (İSO) sunulabilmelidir.

HAZIRLAYANLAR

Prof. Dr. Nilgün YILMAZ DEMİRÇİ
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

ONAYLAYAN



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 29014

İstem Tarihi : 03/12/2024

Döküm Tarihi : 03/12/2024 15:33:00

Bölüm Adı : Göğüs Hastalıkları Polikliniği Stoğu

Malzeme Kodu

Malzeme Adı

J01-012388

SPIROMETRE BURUN MANDALI (NOSE CLIPS)

SPIROMETRE BURUN MANDALI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Burun mandalı solunum fonksiyon testi sırasında hastanın burnunu tıkamak amacıyla kullanılacaktır.
2. Esnek plastik malzemeden yapılmış olmalı ve bu özelliği sayesinde her hasta için kullanılabilir.
3. Hastanın cildine değen kısmı, hastanın cildini tahriş etmeyecek yumuşak malzemeden yapılmış olmalıdır.
4. İstenildiği zaman hastanın cildine değen yumuşak kısımlar değiştirilebilir.
5. Telif veren firmalar mutlaka numune teslim etmelidir.

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Nilgün YILMAZ DEMİRCİ

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi