



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 23402024-12-4192
Konu : Ameliyathane Ünitesi İçin Mikroçatalı Direkt Sinir Stimulasyon Probu Alımı
Talep Eden Birim : Ameliyathane Depoları / Ameliyathane Şoğu
Son Teslim Tarih & Saat : 10/12/2024 17:00:00 İlan Tarihi : 09/12/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma tataranın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası,markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip ,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5- Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltilme bulunmaması,
- 6- Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyeceksse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8- Teklif verilen malzemelerin , idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.
UBB kodu, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)ye ,kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TITUBB' da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TITUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafında onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.

***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.

*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTMEYECİKTİR.

TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLMEMEYECİKTİR.

ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.

E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M.Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J01-01F423	KN1105 MIKROÇATAL DİREKT SINIR STİMULASYON PROBU	50	ADET

Memiş ÇOBAN
HAŞTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :
Teslimat :
Ek :
www.ibsis.gazi.edu.tr
Şarhname Ekli Dosyada Sunulmaktadır.

J01-01F423 SİNİR STİMÜLASYON PROBU

1. Ürün Tek kullanımlı ve steril olmalıdır ve Kullanılacak tüp, cihaz aynı marka olmalıdır.
2. Ürün daha hassas ölçüm yapabilmesi için bipolar yapıda olmalıdır.
3. Ürün uç kısmına kadar yalıtkan ile kaplanmış olmalıdır.
4. Ürünün ucundaki ölçüm için bırakılan iletken kısım en az 2 mm olmalıdır.
5. Ürünün kablo uzunluğu en az 220 mm olmalıdır.
6. Ürünün şaftı ameliyat aşamasında cerraha rehberlik etmesi amacı ile 7 mm ara ile işaretlenmiş olmalıdır.
7. Ürünün raf ömrü 5 yıl olmalıdır.
8. Stimulasyon probunun bağlantı yerleri karışıklığı önlemek amacı ile farklı renkte olmalıdır.
9. Konnektör uçları 42802 Din normundaki girişlere'a uyumlu olmalıdır.
10. Malzenin orijinal barkod numarası olup, ulusal bilgi bankasında kayıtlı ve sağlık bakanlığı onaylı olmalıdır.
11. Malzeme CE sertifikasına sahip olmalıdır.
12. Ürünün şaft uzunluğu rahat kullanım açısından en fazla 10 cm ürünün toplam uzunluğu 15 cm yi geçmemelidir.
13. Ürünler ile birlikte kullanılacak olan cihazın vaka esnasında bağlantı kablolarının oluşabilecek bir hatayı ve laringeal tube elektrodunun vokal kordlara temas edip etmediğini sesli ve görsel olarak göstermelidir.
14. Ürün seçimine numune değerlendirilerek karar verilecektir.

Private and Confidential
T.C. GÜNEŞLİ Hastanesi
Ameliyathane ve Fizyoterapi
Klinikleri
Etiler, Beşiktaş, İstanbul

Ebru GÜMÜŞ KARAVELİ
Ameliyathane Sorumlusu