



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 234 2024-12-4196

Konu : Hematoloji Servisi için Kan Taşıma Kabı Alımı

Talep Eden Birim : Servis Depoları / Hematoloji Servisi Stoğu

Son Teslim Tarih & Saat : 11/12/2024 17:00:00

İlan Tarihi : 10/12/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Profoma taturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numaraları, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL (Türk Lirası) olarak fiyat veriliş, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5- Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6- Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyecekse FAKS mesajını bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.
UBB kodu T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TITUBB da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TITUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafında onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir. Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.

***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.

*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIĞA BELİRTMEYECİKTİR.

TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.

ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.

E-POSTA : hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

4196

S.No	M.Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J03-032055	KAN TAŞIYMA KABİ (KÜÇÜK)	2	ADET

Memiş ÇOBAN
HAŞTANE MÜDÜR YRD


Opsiyon :

Teslimat :

Ek :

www.ihis.baz.edu.tr

Şartname Eklî Dosyada Sunulmaktadır



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 28922
İstem Tarihi : 27/11/2024
Bölüm Adı : Hematoloji Servisi Stoğu

Döküm Tarihi : 27/11/2024 10:15:00

Malzeme Kodu : J03-032055
Malzeme Adı : KAN TAŞIMA KABI (KÜÇÜK).

1. Üstten taşıma kulplu olmalıdır.
2. Kapak yukarı doğru açılmalıdır.
3. Hacmi 7 litre olmalıdır.
4. Dış ölçüleri: 30 x 23 x 25 cm olmalıdır.
5. Kapak üzerine monte edilmiş ve probu kap içine uzayan digital derecesi olmalıdır. Dijital termometre sayesinde KAN TAŞIMA ÇANTASI iç sıcaklığı izlenebilmelidir.
6. Kan nakil çantası içinde kan ve buz akülerinin temasını önleyecek en az 2 ayrı seperatör sistemi olmalıdır.
7. Seperatörler hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde delikli olmalıdır.
8. 1 adet yaylı metal kilitleme sistemi olmalı, kendiliğinden açılmalar önlenmelidir.
9. Ürün hem elde hem omuzda taşınabilmelidir. Omuz kemeri ayarlanabilir olmalıdır.
10. KAN taşıma çantasının tüm yüzeyleri sıcaklık izolasyonlu olmalıdır.
11. KAN Çantasının ön ve arka yüzlerinde 'Kan Taşıma Çantası' ibaresi yer alan Kırmızı renk zemine yazılmış etiket olmalıdır. Etiket suya dayanıklı olmalıdır. Bu sayede etiket yazıları silinmemelidir.
12. KAN taşıma çantası ve buz aküleri aynı marka olmalıdır.
13. Her çantayla beraber 4 adet, çantayla aynı marka buz aküsü ücretsiz verilmelidir.
14. Etiket üzerinde güvenlik uyarı yazıları olmalıdır.
15. Taşıma çantasının rengi kırmızı olmalıdır.
16. Kan taşıma çantasının içi-dışı sert plastikten dayanıklı olmalıdır
17. Kan taşıma çantasının iç yüzeyi pürüzsüz ve dezenfektanlarla temizliği kolay olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Nermin DOĞAN
Gazi Hastanesi

Servis Ünite Sorumlu Hemşire Nermin DOĞAN
Gazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Zihniye M. ÖZGÜR
T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi