



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 2403025-02-419
Konu : Genel Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi İçin İnhalasyon Tedavi Seti Alımı
Talep Eden Birim : Yoğun Bakım Depoları / Genel Cerrahi Yoğun Bakım Stoğu
Son Teslim Tarih & Saat : 24/02/2025 17:00:00 İlan Tarihi : 21/02/2025

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alıma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL (Türk Lirası) olarak fiyat veriliş, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5- Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6- Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerin imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.
UBB kodu T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TİTUBB' da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TİTUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir . Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTECEKTİR.
TEKLİFE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA : hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M. Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J01-015019	AN1300 AKTİF ISI VE NEM VEREN İNHALASYON TEDAVİ SETİ	100	ADET

Memiş COBAN
HASTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :

Teslimat :

Ek :

www.ihis.gazi.edu.tr
Şartname Ekli Dosyada Sunulmaktadır.



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 29745

Döküm Tarihi : 17/02/2025 11:11:00

İstem Tarihi : 17/02/2025

Bölüm Adı : Genel Cerrahi Yoğun Bakım Stoğu

Malzeme Kodu

Malzeme Adı

J01-015019

AN1300 AKTİF ISI VE NEM VEREN İNHALASYON TEDAVİ SETİ

AKTİF ISI VE NEM VEREN JET İNHALASYON TEDAVİ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Set entübe ya da hipotermik hastaların havayollarında fizyolojik koşullara eşdeğer veya yakın ısı ve nem sağlama özelliğine sahip olmalıdır.
2. Her marka ventilatör cihazına uyumlu olmalı ve kaçak yapmamalıdır.
3. Sette ısı-nem tutuculu bakteri filtresi olmalıdır,
4. Filtrenin viral-bakteryel süzme kapasitesi % 99,99 ve üzeri olmalıdır.
5. Sette bükülmez özellikte, ve şeffaf 15 ±3 cm uzunluğunda Catheter mount olmalıdır.
6. Set içinde veya beraberinde serum seti takılabilecek özellikte 100 ml steril distile su verilecektir.
7. Filtre üzerinde ısıtıcının ısıtma ucuna uygun girişi olmalıdır.
8. Filtre üzerinde 1 saatte otomatik olarak 3-5 ml sıvı akışı sağlayan serum hattı girişine uygun line olmalıdır.
9. Kateter maunt üzerinde işlem sırasında kesintiye uğramaksızın aspirasyona imkan sağlayan aspirasyon kapağı olmalıdır.
10. Set içerisinde valfli inhalasyon tedavi bağlantı adaptörü olmalı devrenin bütünlüğünü bozmadan ilaç verilebilmelidir
11. Set steril ve tek tek paketlenmiş olmalıdır.
12. Her 100 set için bir adet reusable ısıtıcı adaptör kullanım amaçlı hastaneye verilecektir.
13. Isıtıcı adaptör hasta güvenliği amacı ile 93-42 EEC standartlarına uygun olacak ve bu belgelendirilecektir.

HAZIRLAYANLAR

Prof. Dr. Mustafa ŞARİ
T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Hastanesi
Genel Cerrahi
Dış Servis
No: 44-132
Dış Servis No: 34057

Prof. Dr. Ekmeleddin TEZEL
T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Hastanesi
Genel Cerrahi
Dış Servis No: 3405 Dış Servis No: 60657

ONAYLAYAN

Servis Ünite Sorumlu Hemşiresi ZEKİYE KANLI

Gazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

14. Adaptör ısı ayarını otomatik olarak kendisi yapmalıdır.
15. Adaptör üzerinde cihazın ısınma durumunu gösteren renk skalası olmalıdır.(sarı renk, cihaz çalışıyor-yeşil renk, cihaz ısındı-kırmızı renk, cihazı prizden çıkart.)
16. Setlerin UTS kaydı olmalıdır.
17. Numune görülecektir.
- 18.

<p style="text-align: center;">HAZIRLAYANLAR</p> <p style="text-align: center;">Prof.Dr.Mustafa ŞAFE T.C.G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi GENEL CERRAHI Diploma No: 95-96-132 Dip. Tesat No: 34067</p>	<p style="text-align: center;">Prof.Dr. Ekme! TEZEL T.C. Gazi Üniversitesi Gazi Hastanesi Genel Cerrahi Dip. No: 8405 Dip. Tes. No: 60657</p>	<p style="text-align: center;">ONAYLAYAN</p>
--	---	---

Servis Ünite Sorumlu Hemşiresi ZEKIYE KANLI
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi