



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 234-2024-12-4238
Konu : Ameliyathane Ünitesi için Aspirasyon Sondası Sistemi 3 Lt Alımı
Talep Eden Birim : Ameliyathane Depoları / Ameliyathane Stoğu
Son Teslim Tarih & Saat : 16/12/2024 17:00:00 İlan Tarihi : 13/12/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip ,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5- Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6- Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyeceksen FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.
UBB kodu: T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TITUBB' da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TITUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafında onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTMEYECTİR.
TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDEN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M.Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J01-01E177	OR1400-AM1290 ASPIRASYON SONDA SİSTEMİ (TORBA VE SONDA DAHİL) 3 LT.	1500	ADET

Memiş ÇOBAN
HASTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :
Teslimat :
Ek :
www.ihsis.gazi.edu.tr
Şartname Eklî Dosyada Sunulmaktadır.

J01-01E177 ASPİRATÖR TORBASI 3 LT

1. Kitler birlikte ambalajlanmış hortum ve torbadan oluşmalıdır.
2. Drenaj sisteminin torbaları disposable (tek kullanımlık), esnek, plastik veya polietilen ve şeffaf olmalıdır.
3. Sistem tamamen kapalı olmalıdır.
4. Hastadan aspire edilen materyalin torbaya giriş yerinde geri akışı engelleyen hidrofobik filtre bulunmalıdır.
5. Torbalar sıvı ile dolduğunda ve kaz ile düşürüldüğünde parçalanmaz, akıtmaz ve sızdırmaz olmalıdır.
6. Torbalar kanisterle (dış kavanoz veya kap) uyumlu olmalı, kanistere yerleştiğinde ve vakum uygulandığında kanisterin şeklini almalıdır.
7. Kanisterler transparan polikarbonat yapıda olmalı ve en az 121 dereceye kadar buhar otoklavında sterilize edilebilmelidir.
8. Kanister üzerinde açma/kapama (on/off) düğmesi bulunmalıdır.
9. Torbalar tam kapasite doldurmaya uygun olmalıdır.
10. Sistem üzerinde (hasta vakum, seri bağlama, örnek alma girişleri) bulunmalıdır.
11. Aspire edilecek materyalin hacminin artması durumunda kitler birbirine ayrı bir giriş sayesinde seri olarak bağlanabilmelidir.
12. Hastaya uygulama sırasında kullanılacak bağlantı hortumunun uzunluğu en az 1.8 metre olmalıdır.
13. Gerekliğinde örnek alınabilmesi için örnek toplama montajına uygun giriş olmalıdır.
14. Kitin vakum kaynağı bağlantı girişinde entegre, aerosolleri tadabilecek hidrofobik filtre bulunmalıdır.
15. ISO Serisi belgelerinden ilgili olanına ve CE belgesine sahip olmalıdır.
16. Hastanenin elinde bulunan aspiratörlerde kullanılacak uyumda olmalıdır.
17. Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir. Değerlendirme de; ürünün kullanım kolaylığı, teknik özelliklerinin üstünlüğü ve vaka esnasında sağladığı avantajlar dikkate alınacaktır.

Pharmadren Diş Hastalıkları
T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara Tıp Fakültesi
Ağız ve Diş Hastalıkları
Ankara, 06108

Ebru GÜMÜŞ KARAVELİ
Ameliyathane Birim
Sorumlusu