



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 234ZD24-12-4262
Konu : 1 kalem gazli bez alımı
Talep Eden Bilim : D.S.Merkez Ambar Deposu / D.S.Merkez Ambar Stocu
Son Teslim Tarih & Saat : 19/12/2024 17:00:00 İlan Tarihi : 18/12/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyac duyulmuştur. Protokolün talimatının aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması.
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması.
- 4-TL(Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamına ve yazıyla yazılması.
- 5-Üzerinde kazınmış, silinmiş, düzeltilme bulunmaması.
- 6-Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir ağızla ile gönderilmesi ,
- 8-Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9-Teklif edilen her kalemin UBB kodu, teklife yer alacaktır.
UBB kodu T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TTTUBB) veyaveya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alınma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TTTUBB da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedatı için firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TTTUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10-Teklif edilen her kalemin için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihaleci, tedatı veya bayi olduklarını gösterir . Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

- **ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
- **İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.
- Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.
- *FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
- *FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI/AÇIKÇA BELİRTMEYECİKTİR.
- TEKLİFLER BİRLİKTE NÜMUNE GETİRİLECEKTİR.
- ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
- E-POSTA :hastanesalinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M.Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J01-011200	GAZLI BEZ	70000	METRE

MEMİŞ ÇOBAN
HAŞTANE MÜDÜR YRD.

Opsiyon :
Teslimat :
EK :
www.hbis.gazi.edu.tr
Şartname Eklî Dosyasında Sunulmaktadır.

011200 - GAZLI BEZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Gazlı bez %100 pamuk ipliğinden dokunmuş olmalıdır.
- 2- Teklif edilen pamuklu gazlı bezin tekstil özellikleri TS EN 14079 standartlarına uygun olmalı ve hâlen geçerli olan belgesi sunulmalıdır.
- 3- Gazlı bez tek kat üzerinden sayıldığında 1 cm²'de atkı ve çözüde toplam en az 18 tel olmalıdır.
- 4- Gaz kompres ipliği ince olmayıp, beyaz, temiz, kokusuz ve tam hidrofil olmalıdır. Sterilizasyon sonrası renk değiştirmemelidir. Hidrofil emicilik özelliği ameliyathanelerde kullanıma uygun olmalıdır.
- 5- Asidik veya alkalin olmamalı, klorür, sülfat, kalsiyum, nişasta, dekstrin ve boya içermemelidir.
- 6- Dokuma ve kenarları pürüzsüz olmalıdır.
- 7- Dokuması sağlam olmalı, yabancı madde, leke, yağ lekesi, dikiş, ek yeri, delik, kesik, yırtık vb. bozukluklar bulunmamalıdır.
- 8- Oda sıcaklığında 24 saat bekletildikten sonra bir topun ağırlığı en az 2,4 kg olmalıdır.
- 9- Gazlı bezin bir topunun eni 90 cm, boyu 100 cm'den az olmamalıdır.
- 10- Yüzer metrelik toplar hâlinde, top kenarları pürüzsüz dokunmuş ve muntazam üst üste gelmeli, her top su ve neme karşı dayanıklı ambalaj içerisinde olmalıdır.
- 11- Koruyucu ambalaj üzerinde ürüne ait açıklayıcı etiket olmalı, etikette ürün bilgileri (malzemenin tipi, özelliği, tel sayısı, üretim yeri ve üretici firma adı vb.) ve barkodu açık olarak yazılı olmalıdır.
- 12- Teklif veren istekli 1 (bir) top (en az 100 metre) numune teslim edecektir. Teknik değerlendirme numuneler üzerinden yapılacaktır.
- 13- Teslim edilecek olan gazlı bezler kabul gören numunenin devamı olmalı, hastanemiz ameliyathane ve genelinde kullanıma uygun olmalıdır.
- 14- Balyalardan çıkan, şartnameye uygun olmayan ürünler ücretsiz olarak değiştirilecektir.
- 15- Muayene komisyonu gerek görmesi hâlinde, ilgili merkezlere yeterli numune alarak analiz için gönderecek, analiz ücreti istekliye/yükleniciye ait olacaktır. Analiz nedeniyle eksilen stok miktarı istekli/yüklenici tarafından karşılanacaktır.
- 16- Teklif veren istekli Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'de bayilik veya üretici kaydı olmalıdır.
- 17- Numune değerlendirilmesi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi Sterilizasyon Dezenfeksiyon Alt Çalışma Yürütme Grubu tarafından yapılacaktır. 17/12/24

Ömer AYDOĞDU
Y. Şubert.

Ali Demir