



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 2349024-12-4275
Konu : Ameliyathane Ünitesi için Disposable Bipolar Forceps Alımı
Talep Eden Birim : Ameliyathane Depoları / Ameliyathane Stoğu
İlan Tarihi : 19/12/2024
Son Teslim Tarih & Saat : 20/12/2024 12:00:00

Sağlık Uygulama ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numaraları, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir ,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5- Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6- Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyecektir FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.
UBB kodu T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TITUBB' da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TITUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.

***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.

*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTECEKTİR.

TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.

ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.

E-POSTA : hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M.Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J01-018204	DISPOSABLE BIPOLAR FORCEPS (KABLOLU).	10	ADET

Memiş COBAN
HASTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :
Teslimat :
Ek :
www.ihbis.gazi.edu.tr
Şartname Ekli Dosyada Sunulmaktadır.

J01-018204 DİSEKTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürünler disposable olmalıdır.
2. Endoskopik ameliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır.
3. 360° rotasyon yapabilmeli ve renk kodlu olmalıdır.
4. Şaft çapı 5mm ve uzunluğu en az 33cm (± 2 cm) olmalıdır.
5. Monopolar koterle bağlantısı olmamalıdır.
6. Çene uzunluğu en az 21mm, çene açıklığı en az 26mm olmalıdır.
7. Çene ucu atravmatik ve en fazla 2,5mm inceliğinde olmalıdır.
8. Çeneler hafif eğri ve tırtıklı olmalı kapandığında aralarında boşluk kalmalıdır.
9. Şaft kısmı mat siyah renkte ve uç çene bölümüne kadar izole olmalıdır.
10. Çene kısmı oksitlenmeye karşı altın alaşımli olmalıdır.
11. Ürün numunesi ilgili klinik tarafından kullanıldıktan sonra onay verilecektir.
12. Teknik şartnamedeki özellikleri taşımayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
13. Ürünle birlikte ameliyathanede bulunan koter cihazlarına uyumlu ara bağlantı kablosu verilecektir.
14. Ürünlerin kullanma sürelerinin dolmasına 2 ay kala, idarenin isteği üzerine yeni miatlı ürünlerle değişimi sağlanacaktır.
15. Ürün bipolar özellikte olmalıdır.
16. Ürünler tekli steril orijinal ambalajlarında, üzerinde ref no, lot, son kullanma tarihi ve sakalama koşulları yazılı orijinal etiketleriyle verilmelidir.
17. Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir. Değerlendirme de; ürünün kullanım kolaylığı, teknik özelliklerinin üstünlüğü ve vaka esnasında sağladığı avantajlar dikkate alınacaktır.
18. Ürünlerin CE belgesi olmalıdır.

Prof. Dr. Mehmet Akif TÜRKÜŞTÜ
T. C. Gazi Üniv. Tıp Fak. Hastanesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Dip. Tesc. No: 106432

Ebru GÜRBAĞCI
Ameliyathane Danışmanı
Sorumlu