



TALEP MÜZAKERESİ

İstek No : 29130
İstek Yapan Birim : Biyomedikal Stoğu
İstek Yapan Personel : Nur TAŞKIRANOĞLU
Tipi : Hizmet
Birim Telefonu : 26620

İstem Tarihi: 20/12/2024

BAŞHEKİMLİK MAKAMINA

Hastanemiz Çocuk Acil Bölümü için aşağıdaki malzemelerin/hizmetlerin/bakım-onarım işlerinin alınmasına/yaptırılmasına emir ve bilgilerinizi arz ederim.

Selçuk DURSUN
Hastane Müdürü

SIRA NO	JENERİK KODU	MALIN İSMİ/CİNSİ	SON ALIŞ BİLGİLERİ		Bakım/ Kul.Süresi	Miktar	Bakım Peryodu	AÇIKLAMA
			BİRİM FİYATI	TESLİM TARİHİ				
1	TM0101	ULTRASON CİHAZI TAMİRİ	0		ADET	1		

...../...../2024
Doç.Dr. Mehmet Ali ASLANER
Başhekim Yardımcısı

USG CİHAZI TAMİRİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

- İstekliler hastanemiz Çocuk Acil bölümünde kullanılan, Terason marka Smart 3200T model U1263 seri numaralı USG cihazı tamiri için teklif vereceklerdir.
- Teklif verecek istekliler, cihazın arıza tespitini yaptıktan sonra, arıza tespiti içeren Teknik Servis raporunu Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine verecektir.
- Arıza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Tamir edilen cihaza istekliler 6 (altı) ay tamir garantisi verecektir.
- İstekliler tamir yapılan cihazı çalışır durumda Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edecektir.
- Teklif veren istekliler Hizmet Yeterlilik Belgesini veya Yetkili Servis Belgesini idaremize teklif mektubu ile birlikte verecektir.

Murat SOLMAZ
Gazi Üniversitesi
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Teknikeri



GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Gökhan ÖZASLAN
Teknisyeni

