



S.No	M.Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J03-031158	BEBEK TERAZİSİ DIGITAL	1	ADET

Mehmet ÇOBAN
HASTANE MÜDÜR YRD

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 2160024-06-2390
Konu : Çocuk Acil Birimi İçin 1 Kalem Malzeme Alımı
Talep Eden Birim : Acil Depolan / Çocuk Acil Stoğu
Son Teslim Tarih & Saat : 11/06/2024 17:00:00 İlan Tarihi : 10/06/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve Özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına İhtiyaç duymuştur. Proforma fakturadan aşağıdaki şartlara göre düzenlerek, belirtilen tarih ve saatte Kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini ıca ederim.

- 1- Teklifiérin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL(Türk Lirası) olarak fiyat veriliip ,birim fiyatlarının rakamla ve yazıya yazılması
- 5.Uzedeninde kazanı silinti, düzeltme bulunmasa,
- 6.Ad .soyad veya ticaret unvanı yazılmalı suretiyle yetkilii kişilere imzalanmış olması,
- 7.Teklif verilmeyecakse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8-Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim surelerinin teknif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teknifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9-Teklif edilen her kalemın UBB kodu teknifte yer alacaktır.
UBB Kodu.T.C. İlac ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)ye kayıtlı ve bu kayıt teknif tarihi itibarıyle geçerli olmalıdır. Alıma cikilan her kalem /kalem için ayrı ayrı TİTUBB' da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı, tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TİTUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemlere ait teknif değerleridirme alınmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teknif tarihi itibarıyle teknif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi sunacaklardır. Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teknif zarfı içinde sunacaklardır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
***TALEP YASAKLIŞI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMECEKTİR.

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FİTRALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKCA BEİRTECEKTİR.
TEKLİFLER BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
ODEMELER MAL MÜAYENE KABULUNDEN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA :hastanesatisnalma@gazi.edu.tr

DİJİTAL BEBEK TERAZİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- ❖ Terazi'nin 50 kg tartım kapasitesi olmalıdır.
- ❖ 10 g hassasiyet ile tartım yapabilmelidir.
- ❖ Pil (2 x 1,5 V AA) ile çalışabilmelidir.
- ❖ Otomatik olarak kapanma özelliği olmalıdır.
- ❖ Daralı tartım yapabilmelidir. Dara alma işlemi bir tuşa basılarak otomatik olarak yapılabilмелidir.
- ❖ kg ve lbs olarak iki ayrı birimde tartım yapabilmelidir. Birimlerin birbirlerine dönüşümü bir tuş yardımı ile otomatik olarak yapılabilмелidir.
- ❖ Kefesi sökülebilir özellikte olmalıdır. Bebeklerin ayakta tartımı yapılabilмелidir.
- ❖ Ekrandaki değeri hafızaya alma özelliği olmalıdır. Terazi açılışında son ölçüm değerini ekranda gösterebilмелidir.
- ❖ Dijital gösterge net okunabilir, terazinin kefesi bebeğin tenine zarar vermeyecek ve kolayca temizlenebilir özellikte olmalıdır.
- ❖ Terazi'nin kefe ölçüler 631 x 320 x 60 mm'den az olmamalıdır.
- ❖ İmalattan doğabilecek arızalara karşı 2 (İki) yıl garanti olmalıdır. Bu sürenin sonunda da teknik servis güvencesi bulunmalıdır.

D.YE, DR. OSMAN BÜYÜKÇELİK
T.C. GÜZEL Fİyat Hastanesi
ÇOCUK SAĞ. VE HAST. A.D. / ÇOCUK ACİL B.
Diploma No: 3520
Üç. Tezdiil No: 105003
Üç. Tescil No: 118692

(J)

Fatma ÜNAL
T.C. GÜZEL Fİyat Hastanesi
Çocuk Acil
Sorumlu Hemşire