



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 2160024-06-2391
Konu : Çocuk Acil için Baskül (Boy Ölçer Tartı) Alımı
Talep Eden Birim : Acil Depoları / Çocuk Acil Şoğu
Son Teslim Tarih & Saat : 11/06/2024 17:00:00 İlan Tarihi : 10/06/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma tutarının aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası,markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL(Türk Lirası) olarak fiyat verilir ,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Uzerinde kazıntı,silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8-Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9-Teklif edilen her kalemin ÜBB kodu teklifte yer alacaktır.
ÜBB kodu.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TITUBB da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun, gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TITUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafında onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10-Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLMALIDIR.
***İHALE YASAKLIŞI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FİRMALARININ İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIĞA BELİRTMEYELİDİR.
TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLMELİDİR.
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M.Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J03-031151	BASKÜL (BOY ÖLÇER TARTI ALETİ).	1	ADET

Memiş ÇOBAN
HASTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :
Teslimat :
Ek :
www.ihsis.gazi.edu.tr
Şarhame Eklî Dosyada Sunulmaktadır.

BOY ÖLÇERLİ TARTI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 250 kg tartım kapasitesi olmalıdır.
2. 50-100 gr hassasiyet ile tartım yapabilmelidir.
3. Hem Elektrik (220V/AC) hem pil (4x1,5 V/DC) ile çalışabilmelidir. Pilleri ve adaptörü ile birlikte verilmelidir.
4. kg ve lbs olarak iki ayrı birimde tartım yapabilmelidir. Birimlerin birbirlerine dönüşümü bir tuş yardımı ile otomatik olarak yapılabilenlidir.
5. Anne kucağındaki bebeği tartım özelliği olmalıdır.(Daralı tartım özelliği)
6. Body-Mass-İndeks göstergeli,Boy/Kilo oranı tayini özelliği olmalıdır.
7. Terazinin ekranı dönebilmeye özelliği sayesinde kullanıcı ve hasta tarafından rahatça görülebilmelidir.
8. Ekrandaki değeri sabitleme(HOLD) ve dara alma özelliği olmalıdır.
9. Boy ölçme çubuğu terazinin üzerine monte edilerek birlikte kullanılabilir.İstenildiğinde boy ölçme çubuğu duvarada monte edilebilmelidir.
10. Boy Ölçme Çubuğu duvara monte edildiğinde 600 mm'den 2.100 mm'ye,teraziye monte edildiğinde,910 mm'den 2.100 mm'ye kadar 1 mm hassasiyet ile ölçüm yapabilmelidir.
11. Terazinin tekerlek sistemi sayesinde bir yerden bir yere kolayca taşınabilir olmalıdır.
12. Terazinin ayakları ayarlanabilir özellikte olup su terazine sahip olmalıdır.
13. Terazinin kefe ölçüleri 350 x 450 mm'dir.
14. Terazinin ağırlığı 8,4 kg olmalıdır.
15. İmalattan doğabilecek arızalara karşı 2(iki) yıl garantili olmalıdır. Bu sürenin sonunda da teknik servis güvencesi bulunmalıdır.

Dr. Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya ÖLMEZ
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
ÇOCUK SAĞ. VE HAST. A.B.D. ÇOCUK AÇIL BÜ.
Çalışma No: 2520
Dip. Tescil No: 109019
Uzm. Tıbbi İb: 116897

Fatma ÖZGÜR
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
Çocuk Acil
Sorumlu Hemşire