



2025-01-52

TALEP MÜZAKERESİ



İstek No : 29273
İstek Yapan Birim : Biyomedikal Stoğu
İstek Yapan Personel : Nur TAŞKIRANOĞLU
Tipi : Hizmet
Birim Telefonu : 26621

İstem Tarihi: 07/01/2025

BAŞHEKİMLİK MAKAMINA

Hastanemiz Üroloji Ameliyathanesi için aşağıdaki malzemelerin/hizmetlerin/bakım-onarım işlerinin alınmasına/yaptırılmasına emir ve bilgilerinizi arz ederim.

Selçuk DURSUN
Hastane Müdürü

SIRA NO	JENERİK KODU	MALIN İSMİ/CINSİ	SON ALIŞ BİLGİLERİ		Bakım/ Kul. Süresi	Miktar	Bakım Peryodu	AÇIKLAMA
			BİRİM FİYATI	TESLİM TARİHİ				
1	TM7811	HOLMIUM LAZER (DORNIER MEDILAS) CİHAZ TAMİRİ.	0		ADET	1		

...../...../2025

Doç. Dr. Mehmet Ali ASLANER
Başhekim Yardımcısı

HOLMIUM MARKA DORNER MEDİLAS H 20MODEL LAZER CİHAZININ

TAMİR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bu Teknik şartname Hastanemiz Üroloji Ameliyathanesi Bölümünde Kullanılan Holmium Marka Dornier Medilas H20 Model H 20 1205 Seri Numaralı Holmium Lazer Cihazımızın Tamirini Kapsar.

GENEL HÜKÜMLER

2. İstekliler Satın Alma biriminin <https://ihale.gazi.edu.tr/> sayfasında belirtilen ilan başlangıç ve ilan bitiş tarihleri arasında cihazı inceleyebilir, proforma teklif gönderebilirler.
3. İsteklilerin proforma teklif kağıdı üzerinde, şirketin tam ismi, logosu, açık adresi, iletişim numarası, mail adresi okunur şekilde yer almalıdır.
4. Tekliflerin değerlendirilmesi sonucu sipariş formu istekliye mail ile gönderilecektir.
5. İstekliler proforma tekliflerini hastanesatinalma@gazi.edu.tr adresine gönderecek olup 03122027452 telefon numarası satın alma doğrudan temin biriminden attıkları proforma teklifin ilgili yere ulaşıp ulaşmadığından emin olacaklardır.
6. İstekliler iş bitiminde ıslak imzalı, fatura, sipariş formu ve detaylı teknik servis raporlarını Hastanemiz Teknik İşletme Amirliği, Fatura birimine teslim edeceklerdir. Elden teslim edilmeyen evraklarda hastanemiz sorumlu tutulamaz.

TEKNİK HÜKÜMLER

7. İstekliler 2.maddedeki tarih aralığında ilgili cihazı Tıbbi cihaz Bakım Onarım Birimi personeli eşliğinde inceleyebilirler.
8. İstekliler inceledikleri cihazlara " **CİHAZ YERİNDE GÖRÜLDÜ** " belgesi düzenleyecek olup teknik personele imzalatacaktır. Teknik personel imzası olmayan evrak geçersizdir.
9. Cihaz istekli tarafından incelenirken, arızayı takip etmeyen başka bir hata verdiğinde doğrudan inceleyen istekli sorumludur. Bu arızayı ücretsiz gidermekle yükümlüdür.
10. İstekli cihazı hastaneden alıp incelemek istiyorsa, bu durumda arıza tespit süresi 24 (yirmi dört) saattir. Bu süre uzatılmak istenirse teknik personel tarafından yazıyla bir tutanak tutularak firmaya izin verilebilir.
11. İstekliler cihazı tamir ederken çıkan elektronik komponent, lcd ekran, o ring conta, filtre, kimyasal sensörler gibi kırık ve cihazdan çıktığında kullanım ömrü olmayan parçaları hastanemize teslim etmekle yükümlü değildir. Bunun dışında teknik servis raporunda değişim yazan tüm yedek parçaları Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Birimine Teslim Etmekle yükümlüdür.
12. Tamir edilen cihaza istekli 6 (altı) ay garanti vermiş olur.
13. Tamir edilen cihaz Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Birimine veya Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Biriminin istediği bölüme teslim edilmelidir.
14. Proforma teklif gönderen istekliler tüm teknik şartname maddelerini kabul etmiş olur.

A. Ersin ÜSTÜN
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Tıbbi Cihaz Teknik Servisi

Kaan KOC
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Teknisyeni