



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 23652025-01-78
Konu : 1 Kalem malzeme alımı
Talep Eden Birim : Radyoloji Depoları / Radyoloji Anjiyo Stogu
Son Teslim Tarih & Saat : 21/01/2025 17:00:00
İlan Tarihi : 20/01/2025

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturamın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası,markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL(Türk Lirası) olarak fiyat verilir ,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecektirse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8-Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9-Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.
UBB kodu T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TTTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye , kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TTTUBB' da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TTTUBB/ÜTS'ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafında onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10-Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.

***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECEKTİR.

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.

*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIĞA BELİRTECEKTİR.

TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.

ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDEN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.

E-POSTA : hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Mi Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	S-013296	GR1251/KR2058 UZATMA KILAVUZ TEU (3H/M)	15	ADET


Memiş ÇOBAN
HAŞTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :

Teslimat :

Ek :

www.ihiss.gazi.edu.tr
Şartname Eklî Dosyasında Sunulmaktadır.



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : -1
İstem Tarihi : 09/01/2025
Bölüm Adı : Radyoloji Anjiyo Stoğu

Döküm Tarihi : 09/01/2025 15:34:00

Malzeme Kodu : S-013296
Malzeme Adı : GR1251/KR2058 UZATMA KILAVUZ TELİ (3/H/M)

REKANALİZASYON KILAVUZ TELİ UZATMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ – EXTENSION WIRE KR2058

Sut Kodu: KR2058

Sipariş Kodu: S-013296

REKANALİZASYON KILAVUZ TELİ UZATMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ – EXTENSION WIRE KR2058

- 1.1) 0.014" (inch) kalınlığında PTKA Kılavuz Tellerinin uzatılması için üretilmiş olmalıdır.
- 1.2) Toplam uzunluğu 165 cm olmalıdır.
- 1.3) Ekleme tüpü (haznesi) uzunluğu 30 mm olmalıdır.
- 1.4) Ekleme tüpü (haznesi) nitinolden mamul olmalıdır.
- 1.5) Kılavuz tel gövdesinin kalınlığı 0.014" (inch) olmalı, birleşme noktasında ek kalınlık ortaya çıkmamalıdır.
- 1.6) Steril paketlerde teslim edilmelidir.
- 1.7) Ekleme tüpü (haznesi) ayrı renkte olmalıdır.
- 1.8) Ekleme tüpü (haznesi) kıvrımlı olarak üretilmiş olmalı, birleştirmeyi takiben düzleşmelidir.
- 1.9) Uzatma teli işlem sırasında tekrarlayan işlemlere (uzatma/çıkarma) izin verecek yapıda olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR	ONAYLAYAN
<p>T.C. Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast. Tolga ALTAY Girişimsel Radyoloji Sorumlulu Teknisyen Sicil No: 15143</p>	<p>Prof. Dr. M. Koray AKIÇAN T.C. Gazi Üniversitesi Gazi Hastanesi Radyoloji Öğretim Üyesi Diy. No: 11801 Diy. Tes. No: 11801/21</p>

Sağlık Teknisyeni Tolga ALTAY
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi