



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 2362025-01-92
Konu : Merkez Ambar Ünitesi için 1 Kalem Tıbbi Malzeme Alımı
Talep Eden Birim : D.S.Merkez Ambar Deposu / D.S.Merkez Ambar Stoğu
Son Teslim Tarih ve Saat : 21/01/2025 17:00:00 İlan Tarihi : 20/01/2025

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numaraları, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir. ,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5- Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6- Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyeceksse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin ÜBB kodu teklifte yer alacaktır.
ÜBB kodu, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TİTUBB' da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
***İHALE YASAKLI İFIRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEYECEKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTECEKTİR.
TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA : hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M.Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J01-010485	OR4220 CERRAHI ELDİVEN (STERİL) NO:7.5	30000	ADET

Memiş ÇOBAN
HAŞTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :
Teslimat :
Ek :
www.ihbis.gazi.edu.tr
Şartname Ekli Dosyada Sunulmaktadır.

21/01/2025
H. S. S. S. S.

J01-010485 STERİL CERRAHİ ELDİVEN PUDRALI no:7,5

- 1.Steril olmalı, ambalaj üzerinde belirtilmelidir. Eldivenin steril olduğuna dair test raporu olmalıdır.
- 2.Eldiven doğal kauçuk ya da lateksten imal edilmiş olmalıdır.
- 3.Ambalaj üzerinde gamma ile sterilizasyonunun yapıldığı yazılı olmalıdır. Paket üzerinde imalat ve son kullanma tarihi, eldivenin özellikleri, numarasını belirten yazılar ve paketin açılma yönünü gösteren işaretler olmalıdır.
- 4.Eldivenin kullanım süresi imal tarihinden itibaren 5 (beş) yıl olmalıdır.
- 5.Eldivenin üzerinde AQL seviyesi belirtilmiş olmalıdır.
- 6.Eldiven uzunluğu minimum 275 mm olmalıdır. Eldiven kalınlığı, parmak ucundan minimum 0.23 mm (+/-0.02), avuç içi kalınlığı 0.21 mm (+/- 0.02), konç kalınlığı minimum 0.17 mm (+/- 0.02) olmalıdır.
7. Yüzey pudrası ile ilgili olarak iç ve dış ambalajda uyarı yazısı bulunmalıdır.
- 8.Birim ambalaj üzerinde referans numarası belirtilmelidir.
- 9.Dış ambalajı steril kullanıma sunulmaya (kolay açılma) kolaylık sağlayacak şekilde medikal kağıttan yapılmış olmalıdır. Ambalajlar yırtık ve deforme olmamalıdır.
- 10.Her pakette sağ ve sol olmak üzere bir çift eldiven bulunmalı, iç ambalajda eldiven numarası ve sağ sol eldiven belirten yazılar olmalıdır. Eldivenler pakete (sağ-sol) ters konulmamalıdır. Eldiven numarası 7,5 olarak teslim edilmelidir.
- 11.Eldiven bilek kısmı uzun konçlu olmalı, konç bileği kavramalı, çok sıkı ve çok gevşek olmamalıdır. Konçun kenarı yırtılma ve gevşemeyi önleyecek tutucu özelliği olan kıvrımlı yapıda imal edilmiş olmalıdır. Eldiven koncu ameliyat sırasında kullanılırken boks gömleğinin manşetini kavramalı bırakmamalıdır.
- 12.Paket açıldığında eldivenler yapışık, delik, yırtık olmamalı, kolay giyilebilmeli ve kullanım sırasında çabuk yırtılmamalıdır.
- 13.Eldivenler uzun süre kullanıldığında ve ıslandığında yapış yapış olmamalıdır.
- 14.İstenen her bir eldiven numarası için firmalar tarafından 10?ar adet numune (vakalarda denemek üzere) verilmelidir. Numuneler ameliyathane tarafından değerlendirilecektir.
- 15.İhale sonrası alımı yapılan eldivenlerde seri hat çıkması halinde ait olan numaranın tüm eldivenleri yeni ürünle değiştirilmelidir.
- 16.Her ürünün üzerinde birebir barkod bulunmalıdır.
- 17.ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 ve CE belgesi olmalıdır.
- 18.EN455/1-2-3 standardına uygun olmalıdır.
- 19.Eldivenlerin T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası onayı olmalıdır.
- 20.İhaleye girebilmek için üretici veya ithalatçının YETKİLİ SATICI BELGESİ gerekmektedir.

ELİTUĞRUL KAKAVELİ
Ameliyathane Birim Sorumlusu

Prof.Dr.Ömer MURTEPEK
T.C. G.Ü.T.F. Genel Hastahane
ANESTEZYOLOJİ VE REANİMASYON
Diploma No: 7981
Lis. Tescilli No: 45474