



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 236/2025-01-97
Konu : 4 Kalem malzeme alımı
Talep Eden Birim : Servis Depoları / Pediatri Hemato-Onko Servisi Şişli
Son Teslim Tarih & Saat : 22/01/2025 17:00:00
İlan Tarihi : 20/01/2025

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma fatüranın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilmeli birim fiyatların rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5- Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6- Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.
Önemli 10- T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TITUBB da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedatçı firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TITUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihaleci, tedatçı veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

- ***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLMALIDIR.
- ***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECEKTİR.
- Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.
- *FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
- *FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTMEKTEDİR.
- *TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
- *ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
- E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr

S.No	M.Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	S-013422	GR1271 PORT. BASINCA DAVANIKLI PEDIATRİK (3M)	5	ADET
2	S-013433	GR1282/KV1234/NF1000 KATETER, HEMODİYALİZ, GEÇİCİ, PEDIATRİK (3/1M)	3	ADET
3	S-013433	GR1282/KV1234/NF1000 KATETER, HEMODİYALİZ, GEÇİCİ, PEDIATRİK (3/1M)	3	ADET
4	S-013434	GR1284/KV1236/NF1002 KATETER, HEMODİYALİZ, TUNELLİ, PEDIATRİK (3/1M)	6	ADET

Mens ÇOBAN
HAŞTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :
Teslimat :
EK :
www.hisis.gazi.edu.tr
Şartname Eklî Dosyada Sunulmaktadır.

HEMODİYALİZ KATETERİ, GEÇİCİ, PEDIATRİK 7F/10 CM

2. kalem

Temel İşlevi:	1. Kateter iki lümenli olup, hemodiyaliz veya aferez tedavisi için kısa süreli damar yolu sağlamak amacı ile pediatrik veya yetişkin için; femoral vene, subclavian vene veya juguler vene uygulanabilir olmalıdır.
Malzeme tanımlama bilgileri:	2. Kateterin yapıldığı malzeme (flexi-smooth) poliüretandan olmalı, vücut sıcaklığında yumuşamalı ve uç kısmı yumuşak vücuda zarar vermeyecek şekilde olmalıdır. 3. Kateterin çapı; 7F uzunluğu 10 cm seçenekli olmalıdır. 4. Kateterin lümenlerinin uzantıları, "yukarı doğru "Y" görünümünde olmalıdır 5. Kateter gövdesi 180 derece kıvrıldığında kink olmamalıdır. Kink olup olmadığı test edilecektir. 6. Kateterin bulunduğu kit içinde 1 Adet 7F geçici hemodiyaliz kateteri, 1 adet Introducer iğne, 1 adet 0.021-0.025 x 45-50cm tek el ile kullanılabilen özel kılıfta J Nitinol Kılavuz tel, 1 adet istenilen çapta damar dilatörü, 2 adet Enjeksiyon veya luer-lock kapağı bulunmalıdır. 7. Cilde sabitlenebilmesi için kolay dönebilen sütür halkası bulunmalıdır. 8. Çift lümenli kateterin üzerinde arter yolu için kırmızı, ven yolu için mavi renkli birer klemp, klemp; beyaz renkte ise arter yolu için kırmızı ven yolu için mavi konnektörler bulunmalıdır. Ayrıca lümen üzerinde kateterin boyu, uzunluğuda yazılı olmalıdır.
Malzeme tanımlama bilgileri:	9. Kateterin dolun hacimleri uzatmalar üzerinde belirtilmelidir. 10. Kateterin kenar delikleri bulunmalıdır.
Teknik Özellikleri:	11. Kateter radyo-opak olmalıdır veya uzunluğu boyunca radyo-opak şerit olmalıdır.
Genel Hükümler:	12. Hemodiyaliz kateteri mini kit şeklinde olmalıdır. 13. Kateter alkol, iyot ve klorheksidin tabanlı dezenfektanlarla kullanıldığında zedelenmemelidir. 14. Kateter kiti steril, şeffaf ve orijinal ambalajında olmalıdır. 15. Sterilizasyon yöntemi, son kullanım tarihleri ve kateterin uygulaması ve kullanımı ile ilgili bilgiler setin üzerinde veya ayrıca bulunmalıdır.

1. kalite
malz.

**BABY TİTANYUM/EPOKSİ KOMBİNASYONLU PORT-KATATER SETİ TEKNİK
ŞARTNAMESİ**

1. Port, Titanyum / Epoksi kombinasyonlu yekpare olmalıdır.
2. Port 7.6 mm çapında silikon membranlı olmalıdır.
3. Port ağırlığı 3 gr, uzunluğu 22 mm, genişliği 18 mm, yüksekliği 8.7 mm, iç hacmi 0,15 ml olmalıdır.
4. Üçgen şekli ile yerleştirilme kolaylığı ve alçak profili ile hasta konforu sağlamalıdır.
5. Kateter, uzunluk işaretli, radyopak, poliüretanın özel şekli Tecoflex® olmalıdır.
6. Kateter uzunluğu 800 mm, 4.5 F, iç çapı 0.8 mm, dış çapı 1.5 mm olmalıdır. Kateter ölü alanı en fazla 0.005 ml/cm olmalıdır.
7. Kateter 5 ile 10 bar arası basınca dayanıklı olmalıdır. X-Ray görünürlüğü ve MR uyumluluğu olmalıdır. İntima hasarına karşı yuvarlatılmış kateter ucuna sahip olmalıdır.
8. Basınçlı kontras madde enjeksiyonlarına uygun olmalı ve bununla ilgili CE sertifikası mevcut olmalıdır.
9. İmplantasyon aksesuarı olarak, seldinger ponksiyon kanülü, J uçlu kılavuz tel, ayrılabilir introducer, tünel iğnesi, 10 ml enjektör, damar kaldırıcı, iki adet konneksiyon halkası, I.V. kanül, 22G kanatlı ve iki adet kanatsız (22G) düz özel bileyli silikon membranı bozmayan kanül olmalıdır.
10. Port ve kateter konneksiyonu kolay, emin ve basınca dayanıklı olmalıdır.
11. Kullanım klavuzu ve/veya ambalaj üzerindeki bilgiler Türkçe, İngilizce veya Almanca dillerinden en az birinde yazılı olmalıdır
12. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, sterilizasyon tarihi, ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler şekille ve yazı ile (aksesuarların materyalleri, G-mm vs. eindsinden büyüklükleri vs.) belirtilmelidir.
13. Ambalaj geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
14. Uluslararası Kalite Belgeleri ISO ve CE Sertifikalarına sahip olmalıdır ve CE ambalaj üzerinde belirtilmelidir.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uzm. Dr. Emine YILMAZ ORULLUOĞLU
Dip. No: 201788
Uzm. Tas. No: 161636
Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı

Deniz YALÇIN
Ped. Onk. Hemato
S. Sor. Onk. Hematolojisi