



## İHTİYAC LİSTESİ

S.No	M.Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J01-01F797 GAZLI BEZ (SPANÇ) 5X5 12 KAT (RADYOPİKSIZ)		100000	ADET

## TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Altın No : 23672025-01-98  
 Konu : Merkez Ambal Birimi İçin Gazlı Bez Altı  
 Talep Eden Birim : D.S.Merkez Ambal Deposu / D.S.Merkez Ambal Stoğu  
 Son Teslim Tarih & Saat : 21/01/2025 17:00:00  
 İlan Tarihi : 20/01/2025

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkeziniz için aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyac duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saatte kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dökülmüşün tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen naizemelerin teşsin süreleri, parkod numarası, markaları ve ambalaj şekillерinin yazılması,
- 4-TL(Türk Lirası) olarak fiyat ve birim fiyatlarının rakamı ve yazılıya yazılıması
- 5-Uzerinde kazıtı silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad., soyad veya icareti unvanı yazmak suretiyle yetkilii kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecek FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8-Teklif verilen maizemelerin, idareciin keşin şartnameye müteakip teslim sürelerinin teknif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi birlidirmeyen teknifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9-Teklif edilen her kalemin UBB kodu teknifte yer alacaktır.  
 UBB Kodu. T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz İllüsal Bilişim Bankasına (TİTBİBB) ve/veya Ütün Taip Sistemi (ÜTS)ye kayıtlı ve bu teknif tarihi itibarıyle geçerli olmalıdır. Alma cıktıları her kalemin /kalem için ayrı ayrı TİTBİBB' da / ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğu gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır.  
 TİTBİBB' TS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemlere karşı teknif verilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen her kalemin aynı ayri teknif tarihi itibarıyle teknif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduktan sonra gösterir . Ulusal Bilişim Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teknif zarfı içinde sunacaktır.

\*\*\*ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET ) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.  
 \*\*\*İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECEKTİR.

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

\*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FİTURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.  
 \*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKCA BELİRTECEKTİR.  
 TEKLİFLER BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.  
 ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDEN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.  
 E-POSTA : hastanesatisnalma@gazi.edu.tr

Memis ÇOBAN  
 HASTANE MÜDÜR YRD

## SMT3767 SPANÇ

<b>SMT Temel İşlevi:</b>	1. Hidrofil gaz bezinin veya medikal amaçlı spunles kumaşın dikdörtgen ve kare şeklinde, kenarlarından serbest lifler vermeyecek şekilde kullanıcı tercihine göre istenilen katlarda arası dikişsiz olarak katlanarak imal edilmiş olmalı ve emiciliği yüksek tıbbi amaçlı bezlerden dizayn edilmiş olmalıdır.
<b>SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri:</b>	2. Ürünlerin gaz hidrofilden imal edilmiş ya da yüksek emiș kapasitesi bulunan dokumasyon, viskon içerikli spunles kumaştan imal edilmiş çeşitleri olmalı ve çeşitlerin radyopacklı ve radyopacksız tipleri sunulmalıdır. 3. Kullanıcı tercihine göre 5x5 cm ( $\pm 2$ mm) arasında ebat seçenekleri sunulmalıdır. 4. Ürünün kullanıcının tercihine göre her tipinin 12 kattan oluşan çeşitleri olmalıdır. 5. Ürün steril ambalajda ve non steril ambalajda sunulan seçenekleri olmalıdır.
<b>Teknik Özellikleri:</b>	6. Ürünün gaz hidrofilden yapılmış olan radyopacklı tipinde kenarları tamamen içe kıvrılmış cerrahi katlama olmalı ve Radyopack şerit gazlı bez boyunca dikilmiş olmalı, bu şerit kopmamalı ve tiftiklenmelidir 7. Spunles kumaş tipli radyopacklı spançlarda ise Radyopack şerit bez boyunca dikilmiş ya da çıkmayacak şekilde ısı ile yapıştırılmış olmalı, bu şerit kopmamalı ve tiftiklenmelidir. 8. İmal edildiği Gaz Hidrofil tek kat üzerinden sayıldığında 1 cm'2 de toplam net 20 tel ( $\pm 2$ ) olup, %100 pamuk ipliğiinden dokunmuş olacaktır. 9. Spunles kumaştan olan tipler ise 35gr/m2 olmalıdır. 10. Ürünlerin ipliği ince olmayıp, beyaz, temiz, kokusuz ve tam hidrofil olacaktır. 11. Yırtık ve kaçık olmayacağı, kenarlarından hiçbir şekilde iplik sarkmayacaktır. 12. Sterilizasyon sonrası sertleşmemeli ve emici özelliğini kaybetmemelidir.

AŞYKUL AŞYAŞ  
Kemal ALİYEV  
SOMALİ

Hümeyra  
Aşlıhan Dövenç

**Genel  
Hükümler:**

13. Üreticinin Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) olmalıdır.
14. Ürünlerin üretimi Tıbbi Cihaz direktifine uygun class 100.000 temiz oda koşullarında olmalı ve bu koşulları sağlayan belgeler ibraz edilmelidir.
15. Ürüne ait biyo uyumluluk testleri mevcut olmalıdır. (Hemolitik etki, sensitizasyon, cilt iritasyon ve sitotoksisite testleri)
16. Malzemenin üreticisinin ISO 13485 kalite yönetim sertifikası ve CE belgesi olmalıdır.
17. Dış ambalajlarda üzerinde Gaz Kompres tipi, miktarı, üretici firma ismi açık olarak belirtilmelidir.
18. İmalatında kullanılan Gaz Hidrofilin Sağlık Bakanlığı Ruhsat Belgesi ibraz edilecektir.
19. Ürün uts sistemine kayıtlı olmalıdır.

*Ahmet  
Hacıoglu  
Asistan Direktör  
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi*