





T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 26674

Döküm Tarihi : 24/05/2024 14:49:00

İstem Tarihi : 24/05/2024

Bölüm Adı : Anjiyo Hemodinami Laboratuvarı Stoğu

Malzeme Kodu

Malzeme Adı

J01-018104

KR1140 İNTRACORONER TROMBÜS ASPIRASYON KATETERİ.

1. Aspirasyon kateter seti koroner artere uygulanan PTCA ve/veya stent prosedürleri esnasında taze ve yumuşak trombüs materyalini aspire etmek için kullanıma uygun olmalıdır.
2. Aspirasyon kateter seti: Aspirasyon kateteri, en az 2 adet 20 cc.'den daha büyük kilitli şırınga, filtrasyon kabı, 3'lü musluk ve uzatma hattı içermelidir.
3. Aspirasyon kateterinin uzunluğu en az 140 cm. olmalıdır.
4. Aspirasyon kateteri 6F ve daha geniş guiding kateterlerle kullanıma uygun olmalıdır.
5. Aspirasyon kateteri monorail sistem ile kullanıma uygun şekilde dizayn edilmiş olmalı ve 0.014" kılavuz tel üzerinde kolaylıkla ilerletilebilmelidir.
6. Aspirasyon kateterinin distal kısmında en az 1 adet radyoopak marker bulunmalıdır.
7. Aspirasyon kateteri vakum aspirasyonu ve kateterin manipülasyonu gibi işlemler esnasında kateterin kırılmasını ve deformasyonunu engelleyen bir yapıda olmalıdır.
8. Aspirasyon kateterinin distal kesimi yeterli esneklikte, kolayca lezyon bölgesine ilerletilebilen ve damara zarar vermeyen bir yapıda olmalıdır.
9. Aspirasyon kateterinin ölçülen çekim gücü asgari 45ml./dk. olmalıdır.
10. Aspirasyon kateteri çekilen trombüsün lümen içinde sıkışma riskini azaltan ve kolayca proksimale ilerlemesine olanak sağlayan bir teknoloji ile üretilmiş olmalıdır.
11. Malzemeler steril orijinal ambalajında olmalıdır.
12. Ambalaj üzerinde sterilizasyon tarihi, yöntemi ve son kullanma tarihi olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Dr.Ögr.Üyes. Emrullah KIZILTUNÇ  
T.C. Gazi Ü. Tıp Fak. Hast.  
Kardiyoloji Anabilim Dalı  
Dip. Tesc. No: 137464 Dip. No: 15061

Prof. Dr. Hüseyin Murat ÖZDEMİR  
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi  
Kardiyoloji  
Diploma No: 91AB 136  
Dip. Tescil No: 573659

ONAYLAMA

Prof. Dr. Hüseyin Murat ÖZDEMİR  
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi  
Kardiyoloji  
Diploma No: 91AB 136  
Dip. Tescil No: 573659

Hemşire Gülçin ARAS

Gazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

13. Ürünler UBB kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olmalıdır.

14. Etiket üzerindeki malzeme kodu, adı ve açıklaması UBB'deki onaylı kodu, adı ve açıklamaları ile aynı olmalıdır.

15. CE belgesi olmalıdır.

### HAZIRLAYANLAR

Dr.Öğr.Üyesi Emrullah KIZILTUNÇ  
T.C. G.Ü. Tıp Fak. Hast.  
Kardiyoloji Anabilim Dalı  
Dip.Tec.No: 137464 Dip.No: 15061

Prof.Dr Hüseyin Murat KIZILDIR  
T.C. G.Ü.T.F Gazi Hastanesi  
Kardiyoloji  
Diploma No: 91AB 131  
Dip.Tecoll No: 572558

ONAYLAYAN

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KOCATEPE  
T.C. G.Ü. T.F. Gazi Hastanesi  
Kardiyoloji  
Dip. Tec. No: 81148

Hemşire Gülçin ARAS

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi