



2021-09-1980

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 12409
İstem Tarihi : 07/09/2021
Bölüm Adı : Viroloji Laboratuvarı Stoğu

Döküm Tarihi : 07/09/2021 15:20:00

| Malzeme Kodu | Malzeme Adı |
|--------------|---|
| J08-013266 | PLASTİK PASTÖR PİPETİ (DERECELİ, NONSTERİL) |

Plastik pastör pipeti (nonsteril)

- 1-Pastör pipeti sıvı transferi için uygun plastik özellikte olmalıdır.
- 2-Taksimatlı olmalı, kapasitesi 3 ml olmalıdır.
- 3- Nonsteril olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Prof. Dr. Kenan YÜCE
T.C. Sağlık Bakanlığı
Gazi Üniversitesi
Diyarbakır Sağlık İl Müdürlüğü

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Kayhan ÇAĞLAR
G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Lab. Sorumlusu
Dip. No: 89AA050

Sağlık Teknikeri Kenan YÜCE

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi