



2011-09-2032

KLİPS ATICI TAMİRİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) İstekliler hastanemizde kullanılan klips atıcıların tamiri için teklif vereceklerdir.
 - ✓a) Weck Hem-o-lok marka 544995T LOT P1441051 klips atıcı,
 - ✓b) Weck Hem-o-lok marka 544995L 06M1279299-005 numaralı klips atıcı,
- 2) Teklif verecek istekliler, cerrahi aletlerin arıza tespitini yaptıktan sonra, arıza tespiti içeren Teknik Servis raporunu Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine verecektir.
- 3) Arıza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 4) Tamir edilen cihaza istekliler 6 (altı) ay tamir garantisi verecektir.
- 5) İstekliler tamir yapılan cihazı çalışır durumda Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edecektir.
- 6) Teklif veren istekliler Hizmet Yeterlilik Belgesini veya Yetkili Servis Belgesini idaremize teklif mektubu ile birlikte verecektir.
- 7) Teklif veren istekliye ait TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olacak ve bu belge teklif mektubu ile birlikte idaremize verilecektir.
- 8) Teklif veren istekli bünyesinde çalışan en az bir biyomedikal, elektrik – elektronik veya makine mühendisi veya teknikeri olacak; isteklinin bünyesinde çalıştığına dair SGK Bildirgesini (teklif verdiği aydan önceki son aya ait) ve bu mühendis veya teknikerin diploması teklif mektubu ile birlikte idaremize verilecektir.
- 9) Sağlık Bakanlığı Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 11/2/2019 tarihinde yayınlanan 2019/1 Genelgesi gereğince, istekli tutanak ile teslim edilen malzemeleri tamir veya bakımını yapacak ve kendi bünyesinde bulunan biyomedikal, elektrik – elektronik veya makine mühendisi veya teknikerin ÜTS'ye kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi teklif mektubu ile birlikte idaremize verilecektir.
- 10) Malzemeler yükleniciye bir tutanak ile teslim edilecektir. Yüklenici bu teslim tarihinden sonraki 15 (on beş) iş günü içinde teslim aldığı malzemeleri tamir etmiş ve çalışır vaziyette Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine tutanak ile teslim edecektir.
- 11) Sağlık Bakanlığı Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 11/2/2019 tarihinde yayınlanan 2019/1 Genelgesi gereğince, yüklenici tamir veya bakımını yaptığı malzemelere ait teslim tutanağı ekinde, tamir veya bakımı yapan biyomedikal, elektrik – elektronik veya makine mühendisi veya teknikerin ÜTS belgesini Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edecektir. Aksi takdirde fatura teslim alınmayacaktır.


MUTLU
BİYOMEDİKAL
KURUMU
KURUM BAŞKANI


KEMAL UÇAR
BİYOMEDİKAL
KURUMU
KURUM BAŞKANI