

2024-09-20/61

HASTABAŞI MONİTÖRÜ SATURASYON PROBU ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.İstekliler tarafından teklif edilecek saturasyon probu ara kablosu ve prob ucu GE marka Carescape B450 model hastabaşı monitörüne uyumlu olacaktır.
- 2.Saturasyon probu ara kablosu, prob ucu ile beraber takım olacaktır.
- 3.Saturasyon probu masimo özellikli olacaktır.
- 4.En az 3 (üç) metre uzunluğunda olacaktır ($\pm\%10$).
- 5.Teklif veren istekliler teklif ettikleri ürüne ait numune getirmek zorundandır.
- 6.Değerlendirme teslim edilen numuneler üzerinden yapılacaktır.
- 7.Numune teslim etmeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 8.Teslim edilecek saturasyon probu ara kablosu ve prob ucu orijinal olacaktır.
- 9.Yüklenici saturasyon probu ara kablosunu ve prob ucunu depoya teslim edilmeden önce, saturasyon probu ara kablosu ve prob ucunun orijinal olduğuna dair belgeyi Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine verecektir.
- 10.Saturasyon probu ara kablosu ve prob ucu ikinci el olmayacak, kutulu ve ambalajlı sıfır ürün olacaktır.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Gökhan ÖZAGLAN
Teknisyen