


2024-09-20 62

HASTABAŞI MONİTÖRÜ EKG KABLOSU ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- İstekliler tarafından teklif edilecek EKG kablosu Philips marka MX450-500 model hastabaşı monitörüne uyumlu olacaktır.
- 2- EKG kablosu ınsah ağzılı, 5 leadli olacaktır.
- 3- En az 3 (üç) metre uzunluğunda olacaktır (±%10).
- 4- Teslim edilecek EKG kablosu orijinal veya muadili olacaktır.
- 5- Teklif veren istekliler teklif ettikleri ürüne ait numune getirmek zorundadır.
- 6- Değerlendirme teslim edilen numuneler üzerinden yapılacaktır.
- 7- Numune teslim etmeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 8- İstekliler tarafından teklif edilen EKG kablosuna ilişkin katalog teklif mektubu ile birlikte idareye veya Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.
- 9- İstekliler tarafından teklif edilen EKG kablosu ikinci el, fason üretim veya kullanılmış, ambalajı açılmış olmayacaktır.
- 10- Yüklenici EKG kablosunu idaremiz deposuna veya Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edecektir.
- 11- Yüklenici tarafından teslim edilen EKG kablosu 1 (bir) yıl garantili olacaktır.
- 12- Yüklenici EKG kablosunun sipariş tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde idaremiz deposuna veya Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edecektir.


Ömer YURBA



HASTABAŞI MONİTÖRÜ SATURASYON PROBU
ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) İstekliler tarafından teklif edilecek saturasyon probunun ara kablosu ve prob ucu Philips marka MX 450/500 model hastabaşı monitörüne uyumlu olacaktır.
- 2) Saturasyon probu ara kablosu, prob ucu ile beraber takım olacaktır.
- 3) En az 3 (üç) metre uzunluğunda olacaktır (±%10).
- 4) Teklif edilen ürünün CE belgesi olacaktır.
- 5) Teklif veren istekliler teklif ettikleri ürüne ait numune getirmek zorundadır.
- 6) Değerlendirme teslim edilen numuneler üzerinden yapılacaktır.
- 7) Numune teslim etmeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 8) Teslim edilecek saturasyon probunun ara kablosu ve prob ucu orijinali veya muadili olacaktır.
- 9) Yüklenici saturasyon probunun ara kablosunu ve prob ucunu depoya teslim etmeden önce, saturasyon probunun ara kablosu ve prob ucunun orijinal veya muadili olduğuna dair belgeyi Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine verecektir.
- 10) Saturasyon probunun ara kablosu ve prob ucu ikinci el olmayacak, kutulu ve ambalajlı sıfır ürün olacaktır.
- 11) Saturasyon probu ara kablosu ve prob ucu üretim hatasına karşı garantili olacaktır.
- 12) Yüklenici saturasyon probu ara kablosunu ve prob ucunu sipariş tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde idaremiz deposuna veya Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edecektir.

Ömer YURBA



GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Gökhan ÖZKULAN
Tespisçisi

2024-09-20 62